CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE

REF. G1125 - G1125A- G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Orteză pentru genunchi din material Aer-OS cu atele articulate policentric de control F-E

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În calitate de producător, ORTHOSERVICE AG declară de propria sa răspundere că acest dispozitiv medical este de clasa I și a fost fabricat conform cerințelor Regulamentului UE2017/745 (MDR). Aceste instrucțiuni au fost întocmite în aplicarea Regulamentului de mai sus menționat. Acestea sunt menite să asigure utilizarea adevărată și în siguranță a dispozitivului medical.

MARCI ALE MATERIALELOR

Velcro® este o marcă înregistrată a Velcro Industries B.V.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

- Recomandăm ca prescripția exercițiate de aparat sau ne activonce asupra partilor corpului care prezinta rănci, umflături sau tumefacții. Este indicat să nu strângeți excesiv produsul pentru a nu genera zone de presiune locală excesivă sau complicații ale circulației sau a vasele de sânge subiacente. Este recomandat purtarea pe o îmbrăcăminte, evitând contactul cu pielea. Dacă apeli indoieli despre aplicabilitatea obiectului, consultați un medic, kinetoterapeut sau tehnician ortoped. Citiți cu atenție compunerea produsului de pe etichetă înainte de utilizare. Nu utilizați produsul în caz de intoleranță sau alergie la una sau mai multe dintre componentele sale. Se recomandă să nu purtați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise sau câmpuri electromagnetice puternice. Nu aplicați în contact direct cu răni deschise

AVERTIZĂRI

Este indicat ca produsul, concept pentru indicațiile specifice enumerate mai jos, să fie prescris de un medic sau kinetoterapeut și aplicat de un tehnician ortoped, în conformitate cu nevoile individuale. Pentru a asigura eficacitatea, tolerabilitatea și funcționarea corectă, este necesar ca aplicația să fie efectuate cu cea mai mare grijă. Nu modificați niciodată regulami fără de medic/kinetoterapeut/tehnician ortoped. Responsabilitatea producătorului încetează în cazul utilizării sau a oricărei modificări ale produsului pentru care nu este autorizat de un singur pacient, atât producatorul cât și medicul care responsabilitate, în baza prevederilor regulamentului pentru dispozitivele medicale. La personalul kinetoterapeutic, contractat direct cu pielea poate provoca roșeață sau iritație. In caz de apariție a durerii, umflăturii,tumefacții sau orice altă reacție anormală, contactați imediat medicul dumneavoastră și, în cazul deseobit de greu, raportați acest fapt producătorului și autorității competente a propriului tău stat. Eficacitatea ortopedică a produsului este garantată numai cu utilizarea tuturor componentelor.

SORTIMENT/DIMENSIUNI

Cod	REF.G1125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A						
A tăia	XS	S	M	L	XL	XXL	
Circumferința coapsei la 15 cm deasupra centrului rotulei cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75	
Lungime cm GenuFIT 25/24/29/29A	34	34	34	34	34	34	
Lungime cm GenuFIT 27/27A/30/30A	41	41	41	41	41	41	
Culoare	neagra						

Ambalaje

ÎNTREȚINERE

- Nu înălbiți
- Nu călcați
- Curățarea chimică nu este permisă
- Nu uscați cu mașina
- Instrucțiuni de spălare:se spală manual pânăla 30°C cu săpun neutru, se lasă să se usoare departe de surse de căldură și a lăsați periodic de utilizare va ruga sa eliminați produsul în conformitate cu reglementarile locale.

INDICAȚII

- Tratamentul funcțional al entorsele de gradul I și II ale ligamentului colateral medial/lateral
- Prevenirea recidivei traumatismelor entorsei LCM și LCL în activitatea sportivă
- Instabilitate cronică lateral/medială
- Artroza femurului/patelei
- Instabilitatea dotarata osteoartritei (genunchi inoperabil)

CONTRAINDICAȚII

Momentan nu se știe niciunul

CARACTERISTICI DE MATERIALE

- Nod design anatomic ultraplat permite o bună flexibilitate a mișcării cu adaptare optimă la articulație
- Structura din material Aer-OS respirabil și benzi de îndoire Velcro®
- Nouă inserție popliteală (fără cusătură centrală) în material Soft-X pentru un confort sporit
- Noua marjine mai moale și mai elastică
- Material GenuFIT 25/27/29/30, oferă o protecție și o stabilizator de spumă
- Material GenuFIT 25A/27A/29A/30A: nouă deschidere frontală despicată pentru a facilita aplicarea: închidere centrală și laterală cu perfoare și fixare definitivă externă. Deschidere pentru rotulă
- Material GenuFIT 25A/27A/29A/30A: nouă îmbinare policentrica CLICKCLACK cu profil ultra-subțire, ușor de regulat fiksond pane și FIRĂ cuie
- Material GenuFIT 29/29A/30/30A: articulație policentrică ușor de regulat din exterior prin șiruri: fixive,extensie sau bloc: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
- Disponibilă în două lungimi: 34 cm (GenuFIT 25/25A/29/29A) și 41 cm (GenuFIT 27/27A/30/30A)
- Material GenuFIT 27/27A/30/30A: inserție elastică posterioară, în partea proximală a coapsei

APLICAȚIE - PRIMA CERERE PENTRU MEDICO/TEHNICIAN

- **GenuFIT 25 GenuFIT 27 GenuFIT 29 GenuFIT 30**

Deschideți complet curelele trăgând-le din inel, detașați partea velcro de pe genunchieră. Poziționați genunchiera cu etichetă pe rotulă în sus (fig.A). Centrați orificiul anterior pe rotulă.

- **GenuFIT 25A GenuFIT 27A GenuFIT 29A GenuFIT 30A**

Deschideți genunchiera și apăsați butonul de eliberare din mânerul de pe genunchieră. Poziționați genunchiera cu etichetă pe rotulă în sus și înfășurați-o în jurul genunchiului extins, centrând bine deschiderea rotulei. Fixați benzile de velcro® în ordinea numerelor 1, 2, 3 și 4 (fig.B). Ajustați cu ușurință benzile de velcro® în fig.3, Începând întotdeauna de la cea de sus).

Dacă este necesar sa scoateți genunchiera, scoateți atelele din teci, modelați-le,reprizionați-le în teci și aplicați iar orteza.

Treceți fiecare banda Velcro® prin inelul corespunzător și fixați-o la tensiunea dorită. Închideți benzile pentru coapsă (fig. F și G) apoi benzile pentru gamba (fig. H). Pentru versiunile lungi, (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 și REF. G1130A) avegi grijă să îndoiți mai mult curelele distală a coapsei.

Dacă este necesar, setați flexia-extensia

- **GenuFIT29 - GenuFIT25A - GenuFIT30 - GenuFIT30A**

Deschideți complet curelele (fig. I), poziționați piflurile la gradele dorite (fig. L) și închideți din nou capacul

- **GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A**

Deschideți capacul inferior prin glisarea butonului a celor doua jumatati de capace (fig.M), extrageti elementul central de bloc (fig.N) și introduceți/inlocuiți penele la gradele dorite (fig.O)

Reinstondoți elementul de blocare și închideți centrul (fig.P) prin glisarea celor doua jumătăți de capace spre centru pana la „clac" și de strangere (fig.Q)

APLICAȚIE ULTERIOARE

- **GenuFIT 25 GenuFIT 27 GenuFIT 29 GenuFIT 30**

Deschideți complet benzile velcro® și detașați partea velcro de pe genunchieră. Introduceți genunchiera cu etichetă pe rotulă în sus (fig.A). Centrați orificiul anterior pe rotulă.

- **GenuFIT 25A GenuFIT 27A GenuFIT 29A GenuFIT 30A**

Deschideți genunchiera și benzile înfășurate în jurul unui și detașați partea velcro de pe genunchieră. Poziționați genunchiera cu etichetă pe rotulă în sus și înfășurați-o în jurul genunchiului extins, centrând cât mai bine deschiderea rotulei. Fixați benzile de velcro® în ordinea numerelor 1, 2, 3 și 4 (fig. B și C), apoi sche inferioare (fig. D și E), Începând întotdeauna de la cea de sus).

Treceți fiecare banda prin corespunzătorul inel și fixați-o la tensiunea dorită.

Închideți benzile pentru coapsă (fig. F și G) apoi benzile pentru gamba (fig. H). Pentru versiunile lungi, (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 și REF. G1130A) avegi grijă să îndoiți mai mult curelele distală a coapsei.

- Descrierile și imaginile din acest document au dour scop ilustrativ comercial. Compania Orthoservice isi reserva dreptul de a le modifica in functie de necesitatile sale

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET INSTRUKCIJAS

REF. G1125 - G1125A- G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Ceļa ortoze ar policentrisko šarnīriem fleksijas – ekstensijas regulēšanai

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG deklarē pe propria sa răspundere că acest dispozitiv medical este de clasa I și a fost fabricat conform cerințelor Regulamentului UE2017/745 (MDR). Aceste instrucțiuni au fost întocmite în aplicarea Regulamentului de mai sus menționat. Acestea sunt menite să asigure utilizarea adevărată și în siguranța a dispozitivului medical.

MATERIALU PREČŽīMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Ieteicams izvēlot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējam nepiešķirt pārāk cieši, lai ovoiteno pa spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu sapieķēšanas. Jo ādas šķiedras par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ārstu, fizioterapeitu vai ortopēdu – tehniķi. Izmantojot produkta sastāvu uz ādas jāņem vērā, ka ādas ieņēmumi sīsākiem ekleitiņā. Ādā kārtīgi pārbaudiet, ja tā nejaunās vai alergija pret kādu no tā sastāvdaļām. Ierīci nedrīkst lietot atklātas liesmas vai stipru elektromagnētisku lauku tuvumā. Nelietot tieši sakarā ar atvērtām brūcēm.

BRĪDINĀJUMI

Izstrādājumu iesakam izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzstāda ortopēdiski - specialistam, atbilstoši pacienta individuālajām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, paaesaimīšu un pareizu darbību, ierīce ir jāuzstāda ļoti precīzai. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt bez ārsta/ fizioterapeita/ vai ortopēda - tehnika veikšos iestatījumus. Ražotāja nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbilstoši, ražotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar pasaugstinātu jūtīgo tieši kontakta ar ādu ortopēdisko aparātu vai kinetoterapijas personālu, ādas jūtīgums, piepampums vai sajūtas pasaugstināts gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu ražotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopedālā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielietojas visa tā daļas.

IZVĒLĒJUMIEM

Artikuls	REF.G1125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A						
Izmēri	XS	S	M	L	XL	XXL	
Augšstilba apkārtmērs 15 cm virs ceļgalu vidus, cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75	
Garums, cm GenuFIT 25/24/29/29A	34	34	34	34	34	34	
Garums, cm GenuFIT 27/27A/30/30A	41	41	41	41	41	41	
Krāsa	melna						

Piemērota tabai un kreisai kājai

KOPŠANA

- nedrīkst balināt
- nedrīkst ķīmiski tīrīt
- nedrīkst žāvēt uz karstuma
- Mazgāšana nodēļumu: mazgāt ar siltu ūdeni, izmantojot maigas ziepes. Žāvēt prom no siltuma avotiem.

Neizmantot izstrādājumu vai kādas tā sastāvdaļām vidē.

INDIKĀCIJAS

- 1. un 2.pakāpes laterālo/mediālo saišu saišu sastiepuma funkcionālā ārstēšana
- Akūtuvās saišu sastiepuma (Ligamentum collaterale mediale laterale) sporta traumu profilaksē.
- Kroonniem latero-mediālajiem instabilitetē
- Polivinnelen kulma
- Nevēlamākiem aiheuttama instabilitetiem (ekkauskehottoman polven yhteydessä)

VĀSTA-AHOTI

Tālā ketekā ei tiedetä

OMINAISUUDET JA MATERIAALI

- Uusi anatomisesti litteä solmu joustavan mahdollistaa joustavan liikkeen ja mukautuu optimaalisesti niveleen mukaan
- Hengittävä, ihystävällinen Aer-OS -materiaali ja Velcro® -taivutusjuotokset
- Uusi, erittäin pehmeä ja saumaton polvitaskun inserointi on vahvistettu Soft-X kankaasta ja lisää käyttömukavuutta
- Uusi pehmeä elastinen reunus
- GenuFIT 25/27/29/30: Pateilau sakko lumpotella
- GenuFIT 25A/27A/29A/30A: Uusi edestä avattava malli helpompi pukea: sisemmällä kiinnityksellä tiuki asetetaan oikean kotiran ja ulommalla kiinnityksellä vimezotiidan kiristys. Avain lumpo
- GenuFIT 25A/27A/29A/30A: uusi monikeskeinen CLICKCLACK-niveli erittäin matalalla profiililla, helposti säädettävissä kiilolla ja ILMAN työkaluja:
  - Laajennus: 0°, fixive 15°, 30°, 60°, 90°
  - Tarvitus: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Fixive: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Bloc: 0°, 10°, 20°, 30°
- Saatavana kahena pituisena: 34 cm (GenuFIT 25/25A/29/29A) ja 41 cm (GenuFIT 27/27A/30/30A).
- Uusi GenuFIT 27/27A/30/30A: elastiset selkämöt ulottuvat ylös ja alas ja parantavat tukea.

LIETOŠANAS UZ LAUKA - PIRMĀ UZLIKŠANA - INSTRUKCIJAS ĀRSTAM/TEHNIKIM

- **GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30**

Pilnīgi atvērt flēzkūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgalu orzes. Pavelciet ceļgala ortozi pār ceļgalam tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu (zīm.A). Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas.

- **GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30**

Atvērient ceļgala ortozi un flēkšgūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgala orzes. Novietojiet ortozi uz izstiepta ceļgala tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu.Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas. Noflēksējiet Velcro® aizdares (vispirms sekšķīgo (zīm.B un C), pēc tam ārējas Velcro® aizdares (zīm.D un E), vienādi sākot ar augstākko Velcro® aizdari.

Ja nepieciešams, nomestiet ortozi, izvēlieot līstabas stūrpinkņos no samīļa vārpstas, vēdojiet pēc formas, ievietojiet atpakaļ stūrpinkņos un uzlieciet atpakaļ ortozi uz ceļgala.

Izvadiet katru sānu caur atbilstošo spārdzi un pievelciet Velcro® aizdari līdz tek sasniegts vēlamais noregulējums, tad tam noflēksējiet. Vispirms noflēksējiet sānsaiņu ar augšējās (zīm.F un G), tad uz kājas ikām (zīm.H). Garākam ceļgala ortozes versijām (REF.G 1127, REF.G 1127A, REF.G 1130 un REF.G 1130A) vispirms noflēksējiet distālo sānsaiņu ar augšējās.

- A.pieejamiešanas, iestatiet nepieciešamo fleksijas un ekstensijas pakāpi:

GenuFIT29 - GenuFIT25A - GenuFIT30 - GenuFIT30A

- Atvērient ekcēnu (zīm.I), iestatiet tapas vajadzīgajā fleksijas/ekstensijas pakāpē (zīm.L) un aizvērient ekcēnu.

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A

- Atvērient šarnīru ekcēnu pabīdot abus pus-vāciņus uz sānīem (zīm.M), noņemiet centrālo fleksijošo elementu (zīm.N) un ievietojiet/nomainiet kļūsu līdz vajadzīgajām fleksijas/ekstensijas pakāpēm (zīm.O)

- Novietojiet centrālāko fleksijošo elementu atpakaļ (zīm.P) un pabīdiet abus pus-vāciņus uz centru, līdz tās nonāk savā vietā ar dzirdamu "klikšķi" skaņu (zīm.Q)

IESTĀDĀŠANAS UZLIKŠANA – INSTRUCIJAS PACIENTAM

- **GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30**

Pilnīgi atvērt flēzkūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgala orzes. Pavelciet ceļgala ortozi pār ceļgalam tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu (zīm.A). Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas (cēļa ūdolnes).

- **GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A**

Atvērient ceļgala ortozi un flēkšgūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgala orzes. Novietojiet ortozi uz izstiepta ceļgala tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu.Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas (cēļa ūdolnes).

Noflēksējiet Velcro® aizdares (vispirms sekšķīgo (zīm.B un C), pēc tam ārējas Velcro® aizdares (zīm.D un E), vienādi sākot ar augstākko Velcro® aizdari.

Izvadiet katru sānu caur atbilstošo spārdzi un pievelciet Velcro® aizdari līdz tek sasniegts vēlamais noregulējums, pēc tam noflēksējiet. Vispirms noflēksējiet sānsaiņu ar augšējās (zīm.F un G), tad uz kājas ikām (zīm.H). Garākam ceļgala ortozes versijām (REF.G 1127, REF.G 1127A, REF.G 1130 un REF.G 1130A) vispirms noflēksējiet distālo sānsaiņu ar augšējās.

- Ja nepieciešams, iestatiet nepieciešamo fleksijas un ekstensijas pakāpi:

GenuFIT29 - GenuFIT25A - GenuFIT30 - GenuFIT30A

- Atvērient ekcēnu (zīm.I), iestatiet tapas vajadzīgajā fleksijas/ekstensijas pakāpē (zīm.L) un aizvērient ekcēnu.

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A

- Atvērient šarnīru ekcēnu pabīdot abus pus-vāciņus uz sānīem (zīm.M), noņemiet centrālo fleksijošo elementu (zīm.N) un ievietojiet/nomainiet kļūsu līdz vajadzīgajām fleksijas/ekstensijas pakāpēm (zīm.O)

- Novietojiet centrālāko fleksijošo elementu atpakaļ (zīm.P) un pabīdiet abus pus-vāciņus uz centru, līdz tās nonāk savā vietā ar dzirdamu "klikšķi" skaņu (zīm.Q)

TURĒŠANAS UZLIKŠANA

- **GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30**

Pilnīgi atvērt flēzkūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgala orzes. Pavelciet ceļgala ortozi pār ceļgalam tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu (zīm.A). Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas (cēļa ūdolnes).

- **GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A**

Atvērient ceļgala ortozi un flēkšgūjas sānus, izvēlieot no atbilstošās cilpas un atlaidet Velcro® aizdari no ceļgala orzes. Novietojiet ortozi uz izstiepta ceļgala tā lai orneta ērkšķu līnija vērsta uz augšu.Izgriezumam priekšpusē jābūt precīzi virs patellas (cēļa ūdolnes).

Noflēksējiet Velcro® aizdares (vispirms sekšķīgo (zīm.B un C), pēc tam ārējas Velcro® aizdares (zīm.D un E), vienādi sākot ar augstākko Velcro® aizdari.

Izvadiet katru sānu caur atbilstošo spārdzi un pievelciet Velcro® aizdari līdz tek sasniegts vēlamais noregulējums, pēc tam noflēksējiet. Vispirms noflēksējiet sānsaiņu ar augšējās (zīm.F un G), tad uz kājas ikām (zīm.H). Garākam ceļgala ortozes versijām (REF.G 1127, REF.G 1127A, REF.G 1130 un REF.G 1130A) vispirms noflēksējiet distālo sānsaiņu ar augšējās.

- Ja nepieciešams, iestatiet nepieciešamo fleksijas un ekstensijas pakāpi:

GenuFIT29 - GenuFIT25A - GenuFIT30 - GenuFIT30A

- Atvērient ekcēnu (zīm.I), iestatiet tapas vajadzīgajā fleksijas/ekstensijas pakāpē (zīm.L) un aizvērient ekcēnu.

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A

- Atvērient šarnīru ekcēnu pabīdot abus pus-vāciņus uz sānīem (zīm.M), noņemiet centrālo fleksijošo elementu (zīm.N) un ievietojiet/nomainiet kļūsu līdz vajadzīgajām fleksijas/ekstensijas pakāpēm (zīm.O)

- Novietojiet centrālāko fleksijošo elementu atpakaļ (zīm.P) un pabīdiet abus pus-vāciņus uz centru, līdz tās nonāk savā vietā ar dzirdamu "klikšķi" skaņu (zīm.Q)

LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

REF. G1125 - G1125A- G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Polvitukі Aer-OS -materiaalista alumiinisilla sivuksiokilla joissa polysentrinen nivel

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinnällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinnällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

MATERIAALEN TUOTEMERKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V.:n rekisteröity tavaramerkki

TURVALLISUUSVAROTOIMET

Suositellemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdistetu kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kehyksiä. Kiristäminen voi ovoiteno pa kiristä liikaa ja aiheuttaa pysähtymisen tai ahdistuksen verisuonissa tai hermoissa ja verisuonin kohdista lähellä puisetta. Jos sinulla on epäselyksiä tuotteen käytöstä, kainny tuotteen kiinnitys tai ortoosin - tehniki, konsultoi lääkäriä, fysioterapeuttia tai ortopedia. Ennen tuotteen sisäisen ehkeitsiä. Ällä käytä tuotetta, jos olet herkkä tai tiedät olevasi allerginen jollekin tuotteen osalle. Ei tulisi käyttää ortoosia lähellä avoimia liekkejä tai voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä. Ei tulisi käyttää suoraan avoimilla haavoilla.

VAROITUKSET

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniettu alla esitettyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apvailevaan ammattimaisen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttömukavuuden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennon ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkärin, fysioterapeutin tai apuvälineteknikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuut rakeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu rauksa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinnällisen laitteen kosksvassa asetetaksesa säädöstä. Herkkäihoisilla henkilöillä suora ihokosketus voi tehdä kontakta ahdistuksen tai ärsytyksen aiheuttamiseen kanssa. Jos ilmenee kärtti ahdistusa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos kyseessä on erityisen vakava haitta, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaisille toimivaltaisille viranomaisille siinä maassa, missä olet. Komponentin toiminnan tehokkuus taatan vain, kun kaikka komponenttija käytetään oikein.

VALINTAKNOKKO

Valinta	REF.G1125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A						
Koko	XS	S	M	L	XL	XXL	
Reiden ympärysmitta mitattu 15 cm keskustan yläpuolella polvilumpu, cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75	
Tuen pituus cm GenuFIT 25/24/29/29A	34	34	34	34	34	34	
Tuen pituus cm GenuFIT 27/27A/30/30A	41	41	41	41	41	41	
Väri	musta						

Sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan

TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO

- E.i saa käyttää valkaisuaineita.
- E.i kemiallista pesua.
- E.i saa silittää.
- E.i koneellista pesua.
- Pesuohjeet: käsinpesu max. 30°C käsin maalilla pesuaineella, älä jätä kuivumaan lämmönlähteiden lähelle Älä hävitä tuotetta tai mittäin sen osia luontoon.

KÄYTTÖAIHEET

- 1.ja 2.asteen vaiseenkäyvämmän konservatiivinen hoito
- MCL- ja LCL -repeämien uusiutumisen ehkäisy urheilussa
- Kroonninen latero-mediaalinen instabiliteetti
- Polvinivelen kulma
- Nivelsairauksien aiheuttama instabiliteetti (ekkauskehottoman polven yhteydessä)

TÄLLÄ HETKELLÄ

OMINAISUUDET JA MATERIAALI

- Uusi anatomisesti litteä solmu mahdollistaa joustavan liikkeen ja mukautuu optimaalisesti nivelen muotoon
- Hengittävä, ihystävällinen Aer-OS -materiaali ja Velcro® -taivutusjuotokset
- Uusi, erittäin pehmeä ja saumaton polvitaskun inserointi on vahvistettu Soft-X kankaasta ja lisää käyttömukavuutta
- Uusi pehmeä elastinen reunus
- GenuFIT 25/27/29/30: Pateilau sakko lumpotella
- GenuFIT 25A/27A/29A/30A: Uusi edestä avattava malli helpompi pukea: sisemmällä kiinnityksellä tiuki asetetaan oikean kotiran ja ulommalla kiinnityksellä vimezotiidan kiristys. Avain lumpo
- GenuFIT 25A/27A/29A/30A: uusi monikeskeinen CLICKCLACK-niveli erittäin matalalla profiililla, helposti säädettävissä kiilolla ja ILMAN työkaluja:
  - Laajennus: 0°, fixive 15°, 30°, 60°, 90°
  - Tarvitus: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Fixive: 45°, 60°, 75°, 90°
  - Bloc: 0°, 10°, 20°, 30°
- Saatavana kahena pituisena: 34 cm (GenuFIT 25/25A/29/29A) ja 41 cm (GenuFIT 27/27A/30/30A).
- Uusi GenuFIT 27/27A/30/30A: elastiset selkämöt ulottuvat ylös ja alas ja parantavat tukea.

TUEN PUKEMISOHJEET - AMMATTIHENKILÖKUNNALLE

- **GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30**

Ava remmi kokonaan, veda alus solpin silmukasta ja ava tara kokonaan. Veda polvitukі polven yli niin, että oranasi merkki on ylöspäin (kuva A). Lumporaisin tulee olla tarkasten polvilumpion kohdalla.

- **GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A**

Ava remmi, veda alus solpin silmukasta ja ava polvitukі tarraa. Aseta polvitukі ojennettuun polven sinti, että oranasi merkki osuttaa ylöspäin. Lumporaisin tulee olla tarkasten polvilumpion kohdalla. Kiinnitä tarran ensimmäinen kiinnitys (kuva B) ja sen jälkeen toinen kiinnitys (kuva C), aloita aina ylimmästä tarrasta.

2 Ohjaa pokanen remmi solpen läpi ja kiristä tarraauha sopivaksi ja sulje. Sulje ensin reiden remmit (kuvat F ja G) ja sitten pohkeen remmit (kuva H). Pitkän ortoosin versiossa (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 ja REF. G1130A) sulje ensin reiden distaalisen remmi.

- Säädä tarvittaessa fleksio-ekstensio:

GenuFIT29 - GenuFIT25A - GenuFIT30 - GenuFIT30A

- Avaa kansi (kuva I), aseta tapit halutuille asennoille (kuva L) ja sulje kansi

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A

- Ava liitoskansi ko'i.ruhmalla kahta poukosuyosia irrottaksesi kuva (kuva M) ja asetavinkka halutaan asennoille (kuva N) ja kiinnitä kiilat halutuun asentoon (kuva O)

- Aseta keskuskiilatelementti (kuva P) takaisin paikalleen lisättämällä halu puolisuojista keskustaa kohti, kunnes „takaisku" kuuluu (kuva Q) ja kansi lukittuu.

TUEN PUKEMISOHJEET POTILAALLE/ASIAKKAALLE

1 **GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30**

Ava remmi kokonaan kokonaan, veda olus solpin silmukasta ja ava tara kokonaan. Veda polvitukі polven yli niin, että oranasi merkki on ylöspäin (kuva A). Lumporaisin tulee olla tarkasten polvilumpion kohdalla.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A

Ava remmi, veda olus solpin silmukasta ja ava polvitukі tarraa. Aseta polvitukі ojennettuun polven sinti, että oranasi merkki osuttaa ylöspäin. Lumporaisin tulee olla tarkasten polvilumpion kohdalla. Kiinnitä tarran ensimmäinen kiinnitys (kuva B) ja sen jälkeen toinen kiinnitys (kuva C), aloita aina ylimmästä tarrasta.

2 Ohjaa pokanen remmi solpen läpi ja kiristä remmisi sopivasti ja sulje se. Sulje ensin reiden remmit (kuvat F ja G) ja sitten pohkeen remmit (kuva H). Pidemmissä versiossa (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 ja REF. G1130A) sulje ensin reiden alempi remmi.

- Tämän asiakirjan kuvukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muutoksi niitä tarpeen mukaan.

LES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE

REF. G1125 - G1125A- G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Knieorthese met polycentrisch scharnieren met F-E bediening

CONFORMITEITSVERKLARING

Als fabrikant verklaart ORTHOSERVICE AG, kan verantwoordelijkheid dat het een medisch hulpmiddel is van klasse I dat is vervaardigd en beoordeeld, conform de EU-reglement 2017/745 (MDR). Deze instructies zijn opgesteld in toepassing van het voorvermelde reglement. Ze zijn bedoeld om te zorgen voor een adequaat en veilig gebruik van het medisch hulpmiddel.

HANDELSMERKEN VAN MATERIALEN

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Wij raden aan voorzichtig te zijn met wat op lichaamsdelen met wonden, zwellingen of striemen. Het is raadzaam het hulpmiddel niet te strak aan te trekken om te voorkomen dat er zones ontstaan met een te grote plaatselijke druk of dat de bloedsomloop of zenuwen worden geblokkeerd. Controleer de huid regelmatig. Als u de orthopedische aan te brengen contacter dan een dokter, fysiotherapeut of een orthopedisch technicus. Lees zorgvuldig de samenstelling van het product op het etiket aan de binnenzijde. Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van het product. Het product niet in de nähe van open vuur of sterke elektromagnetische velden. Niet aanbrengen in direct contact met open wonden.

WAARSCHUWINGEN

Het is raadzaam dat het hulpmiddel dat is ontworpen voor de hieronder vermelde specifieke indicaties, wordt voorgeschreven door een dokter, fysiotherapeut en aangebracht door een orthopedisch technicus volgens de specifieke behoeften van de patiënt. Om te verzekeren dat de therapeutische doeltreffendheid en comfort, de goede werking, moet de toepassing met de grootste zorg worden uitgevoerd. Verander nooit de aanpassing door de dokter/fysiotherapeut/of orthopedisch technicus is gemaakt. Verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt bij oneigenlijk gebruik of aanpassing. De orthese is vervaardigd en mag slechts door één patiënt gebruikt worden. Indien de orthese ongepast gebruikt wordt, wijst de fabrikant elke verantwoordelijkheid af zoals bepaald in de gebruiksaanwijzing van medische hulpmiddelen. Bij overgevoelige personen kan direct contact met de huid voedheid en irritatie veroorzaken. Neem in het geval van pijn, zwelling, striemen of andere bijwerkingen contact op met uw huisarts. Neem in ernstige gevallen ook contact op met de fabrikant en de bevoegde overheid van de lidstaat van uw land. De effectiviteit van het orthopedische product is alleen gegarandeerd wanneer alle onderdelen correct in gebruik zijn.

SELECTIE/MAAT

Maat	REF.G1125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A						
Omvang dijbeen, circa 15 boven midden patella, cm	XS	S	M	L	XL	XXL	
Length, cm GenuFIT 25/24/29/29A	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75	
Length, cm GenuFIT 27/27A/30/30A	34	34	34	34	34	34	
Kleur	zwart						

Past zowel rechts als links

ONDERHOUD

- Niet bleken
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
- Niet in de droogtrommel

Niet machinaire: Handwas max. 30 ° C met zeepsoort neutraal zeep. Laat drogen uit de buurt van een directe warmtebron. Gooi dit product en zijn onderdelen op een verantwoorde way

INDICATIES

- Functionele behandeling van verstuikte letsels graad I en II van het collaterale mediale / laterale ligament
-

Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehlenverband aus Soft X Gewebe
Nouvelle insertion dans le creux du genou en textile Soft-X
Hoase nugeonowa w kształcie litery U wykonana z materiału rozciągliwego Soft X
Uusi, erittäin pehmeä ja saumaton polvitaipeen osa on valmistettu Soft-X kankaasta ja lisää käyttömukavuutta
Nowa, bardzo miękka i bezszwowa wkładka podkolanowa wykonana z tkaniny Soft-X dla wysokiego komfortu korzysta
Nieuw, zeer zacht en naadloos popliteale inzetstuk van Soft-X gebreid Novi, vrlo mekki, bešavni poplitealni umetak načinjen od Soft X tkanine
Nov, zelo mehek in brezšiven poplitealni vložek iz tkanine Soft-X
Jauns, mīkstākais paceles locītnes ieliekums no Soft X auduma
Naujas minkštas ir be siūlės popliteinis ertmės pakaitalas iš „Soft X“ audinio
Hoguera nueva en tela suaveSoft X
Nouă inserție popliteală (fără cusătură centrală) din material moale Soft-X
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X

GenuFIT 29/29A - GenuFIT 30/30A:
Mit Stiften von außen einfach variabel Kniekehlenverband aus Soft X Polyamid
Polycentric joint easy to adjust from outside using pins
Articulation polycentrique ajustable aisément à l'aide de l'extérieur
Połączenie mimośrodowe z ogranicznikami umożliwiające łatwą regulację od zewnątrz za pomocą szpilek
Polycentrisch scharnier dat gemakkelijk aangepast kan worden langspat
Policentrika šarka se może jednostavno prilagoditi izvana
Policentrický kĺb, ktorý je možné ľahko nastaviť zvonku
Polycentrinen kiinnitys voidaan ulkoa käsin helposti säätää
Polycentrinis sąnarys gali būti reguliuojamas iš išorės
Polycentrisk ledd som kan justeres lett fra utsiden
Polycentrisk leden som kan justeras enkelt utifrån
Polycentrico a bassa profilo
Articulație policentrică ușor de reglat din exterior prin pilțori
Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno

GenuFIT 25/25A - GenuFIT 27/27A:
Neues polycentrisches KLICKLACK Gelenk
Ultra-low polycentric CLICLACK
Nouvelle articulation CLICKLACK polycentrique à profil ultra-plat
Hoase nakesopolitsentrilise uusimpaine KLICKLACK
Nowe niskoprofilowe polycentryczne CLICKLACK
Uusi monikeskeinen CLICKLACK
Nové extrém nízkoprofilový polycentrický kĺb CLICKLACK
Nowe polycentryczne CLICKLACK
Novo policentrico CLICKLACK
Nuovo policentrico CLICKLACK
Nuova articolazione policentrica CLICKLACK
Nova hibridna policentrična CLICKLACK
Nova policentrična CLICKLACK
Nova polycentrisk CLICKLACK
Nova policentrična CLICKLACK
Nova policentrična CLICKLACK
Ultra – ceno policentrska CLICKLACK šarnir
Hasznoprofilnak nevezhető szegélyű szépsége CLICLACK
Nova hibridna policentrična CLICKLACK cu profil ultra-subțire
Nova hibridna policentrična CLICKLACK
Nova policentrica a bassissimo profilo

BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

GEL 01125 - G1125A - G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Knieorthese aus Aer-OS Gewebe mit polycentrischen Gelenkschienen zur Flexion/Extension-Einstellung

KONFORMITÄTERKLÄRUNG
Der Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, das unter die Verordnung 2017/745 (MDR) fällt, gemäß der Medizinprodukt der Klasse I angeholt und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgesehenen Verfahren erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG
Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und dadurch die Durchblutung zu beeinträchtigen oder eine unnötige Belastung der Gelenkstrukturen zu verursachen. Die Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Lesen Sie bitte das im vorliegenden Einsatz mit der Zusammenstellung der Produkte beigefügte Merkblatt zur Anwendung. Einige Materialien, die Sie zusammen mit dem Produkt verwenden, können eine Allergie geben oder verursachen Hautreizungen. Wenden Sie das Produkt bitte NICHT. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden aufragen.

ANWENDUNGSHINWEISE
Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von medizinischen Fachpersonal gemäß den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation unter Aufsicht durchgeführt werden. Anwendung der von Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Einstellung ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, anderfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei übereinstimmenden Personen kann es zu Hautirritationen zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Symptomen, Schmerzen, Schwellungen, Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schweren Fällen, die Therapie mit dem Produkt sofort unterbrechen. Bei Auftreten der genannten Beboda in eigen. Und medien. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

Artikelnummer	GEL01125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte in cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Länge von GenuFIT 25/25A/29/29A in cm	41	41	41	41	41	41
Länge von GenuFIT 27/27A/30/30A in cm	41	41	41	41	41	41
Farbe	schwarz					

Beidseitig anwendbar

LEGE
Nicht löschen
Nicht bügeln
Waschanweisung: Handwäsche bis 30°C mit Neutralseife; nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen.
Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

INDIKATIONEN
- Funktionelle Behandlung von Zerrung I. und II. Grades des Innen- oder Außenbandes (Ligamentum collaterale mediale lateral)
- Chronische latero-mediale Instabilität
- Femoropatellare Instabilität
- Arthrosebedingte Instabilität (inoperables Knie)

KONTRAINDIKATIONEN Zur Zeit keine bekannt

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORTEILE
Die GenuFIT Produkte sind ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen. Einsatzbereich ist das Kniegelenk.

MATERIAL Polyester PL, Elastan EA, Polyamid

EIGENSCHAFTEN
- Neues anatomisches, flach anliegendes Design, ermöglicht flexible Bewegung und passt sich optimal dem Gelenk an
- Atmungsaktives, hautfreundliches Aer-OS Gewebe und Verschlusspunkte aus Klettband
- Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehlenverband aus Soft X Polyamid mit Schwarzem Markenzeichen
- Neue, weiche elastische Bondage
- Nur GenuFIT 25/25A/29/29A: Patellaöffnung mit Schaumstoff-Stabilisierung
- Nur GenuFIT 25/25A/29/29A: Neues polycentrisches KLICKLACK Gelenk, superflach und leicht von mit Knien verstellbar.

OHNE Werkzeuge:
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°, Blockierung: 0°, 10°, 20°, 30°
- Nur GenuFIT 25/25A/27/27A: Sehr flaches polycentrisches Gelenk, einfach variabel mit Keilen einstellbar: Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°, Rastung: 0°, 10°, 20°, 30°
- Nur GenuFIT 29/29A/30/30A: Mit Stiften von außen einfach variabelbares polycentrisches Gelenk: Extension, Flexion und Rastung: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- In zwei Längen erhältlich: GenuFIT 29/29A/29A und 41 cm (GenuFIT 27/27A/30/30A)
- Nur GenuFIT 27/27A/30/30A: Dehnungs-Einrähmer hinten am proximalen Teil des Oberschenkels

ANPASSUNG - ERSTMALIGES ANLEGEN DURCH DIE ARZT/ORTHOPÄDIETECHNIKER

GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Die Fixierbänder komplett öffnen, aus der entsprechenden Schlaufe ziehen und die Klettverschluss von der Knieorthese lösen. Die Knieorthese über das Knie ziehen, so dass das orangefarbene Etikett nach oben zeigt (Abb.A). Die Ausspannung an der Vorderseite muss genau über der Patella liegen.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Die Klettverschlüsse und die Fixierbänder, die Bänder aus der entsprechenden Schlaufe ziehen und den Klettverschluss von der Knieorthese lösen. Die Knieorthese an ausgestreckten Knie anlegen, so dass das orangefarbene Etikett nach oben zeigt. Die Ausspannung an der Vorderseite muss genau über der Patella liegen. Die Klettverschlüsse befestigen, (zuerst die innenen (Abb. B und C), dann die äußeren Klettverschlüsse (Abb. D). Die Ausspannung muss gleichmäßig verschlossen sein.

2. Bei Bedarf die Kniestreben entfernen, die Gelenkschienen aus dem Schaft ziehen, zurechtformen, zurück in den Schaft stecken und die Kniestreben wieder anlegen.
3. Jeden Gurt durch die entsprechenden Schlaufe führen und den Klettverschluss anziehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist, und schließen. Die Gurte zuerst im Bereich des Oberschenkels (Abb. F und G), dann im Bereich der Wade (Abb. H) schließen. Bei den Knieorthesen mit zwei Ausspannungen (REF 01127, REF. 01127A, REF. 01130 und REF 01130A) zuerst den distalen Gurt im Bereich des Oberschenkels schließen.
4. Falls erforderlich, die Flexion - Extension einstellen:

GenuFIT29 - GenuFIT29A - GenuFIT30 - GenuFIT30A
- Deckel öffnen (Abb.I), dann die gewünschte Gradzahl setzen (Abb.L) und den Deckel wieder schließen

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A
- Die beiden Sicherungsknöpfe (Abb.M) gleichzeitig drücken und öffnen (Abb.M), das Fixierelement herausnehmen (Abb.N) und die Stifte an die gewünschte Gradzahl setzen (Abb.O)
- Fixierelement in der Mitte wieder einsetzen (Abb.P) und die beiden Deckelhälften in die Mitte verschieben, bis sie mit einem hörbaren Klick einrasten (Abb.Q)

ANLEGEN EIN DAS PATIENTEN

1 GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Die Fixierbänder komplett öffnen, aus der entsprechenden Schlaufe ziehen und den Klettverschluss von der Knieorthese lösen. Die Knieorthese über das Knie ziehen, so dass das orangefarbene Etikett nach oben zeigt (Abb. A). Die Ausspannung an der Vorderseite muss genau über der Kniescheibe liegen.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Die Klettverschlüsse und die Fixierbänder öffnen, die Bänder aus der entsprechenden Schlaufe ziehen und den Klettverschluss von der Knieorthese lösen. Die Knieorthese an ausgestreckten Knie anlegen, so dass das orangefarbene Etikett nach oben zeigt. Die Ausspannung an der Vorderseite sollte möglichst genau über der Kniescheibe liegen. Die Klettverschlüsse befestigen, (zuerst die innenen (Abb. B und C), dann die äußeren Klettverschlüsse (Abb. D). Die Ausspannung muss gleichmäßig verschlossen sein.

2. Die Kniestreben entfernen, die Gelenkschienen aus dem Schaft ziehen, zurechtformen, zurück in den Schaft stecken und die Kniestreben wieder anlegen.
3. Jeden Gurt durch die entsprechenden Schlaufe führen und den Klettverschluss anziehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist, und schließen. Die Gurte zuerst im Bereich des Oberschenkels (Abb. F und G), dann im Bereich der Wade (Abb. H) schließen. Bei den Knieorthesen mit zwei Ausspannungen (REF 01127, REF. 01127A, REF. 01130 und REF 01130A) zuerst den distalen (von der Körpermitte entfernt liegenden) Gurt im Bereich des Oberschenkels

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

GEL 01125 - G1125A - G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Aer-OS knee orthosis with hinges and F-E control

DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS
It is recommended that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of joint structures that could cause damage.
If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Please read the enclosed leaflet with the product on the inside label carefully. Do NOT use the product if the patient has known intolerances or allergies to one or more components in the product. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong electromagnetic fields. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS
It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer lapse in the event of improper use or alteration. The orthosis is made and fit to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices. Contraindications may be individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of pain, swelling, welts, or any other unusual reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacture and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Code	GEL01125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A					
Size	XS	S	M	L	XL	XXL
Thigh circ. taken 15 cm above mid-patella cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Length from GenuFIT 25/25A/29/29A in cm	41	41	41	41	41	41
Length from GenuFIT 27/27A/30/30A in cm	41	41	41	41	41	41
Colour	black					

Fits right and left

MAINTENANCE
Do not bleach
Do not iron
Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap, do not dry in the vicinity of heat sources.
Do not dispose of the product or any of its components in the environment.

INDICATIONS
- Functional treatment of first and second sprain injuries of lateral/medial collateral ligament
- Prevention of recurring sprain LCM and LCL injuries during sports
- Mid-lateral chronic instability
- Patellofemoral instability
- Instability due to arthrosis. Non-operative knee

CONTRAINDICATIONS
Currently no known

ORTHOTHERAPEUTICS AND MATERIALS
- New anatomical, ultra-flat design for a flexible movement and perfect adherence
- Breathable Aer-OS fabric and hook and loop fastening points ensure skin friendliness
- New softer Soft X fabric for kneepit insert (with no central stitch) for better comfort
- Softer and elastic edge
- GenuFIT 25/27/29/30 only: Patella opening with foam stabilizer
- GenuFIT 25A/27A/29A/30A only: New double hinges opening to apply the brace with ease: internal fastening system for prefixing and external fastening system for final fixing. Patella cut-out
- GenuFIT 25/25A/27/27A only: Ultra-low polycentric CLICLACK joint easy to adjust using pins and WITHOUT any tool:
  - Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°, Block: 0°, 10°, 20°, 30°
- GenuFIT 29/29A/30/30A only: Polycentric joint easy to adjust from outside using pins: Extension, flexion and immobilization at 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
  - Available in two lengths: 34 cm (GenuFIT 25/25A/29/29A) and 41 cm (GenuFIT 27/27A/30/30A)
- GenuFIT 27/27A/30/30A only: Black elastic insert on the proximal part of the thigh

PUTTING ON THE APPLIANCE - ADAPTING FOR THE DOCTOR/TECHNICIAN

GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Fully open the securing straps, pull out of the appropriate loop and release the Velcro® closure from the knee brace. Pull the knee brace over the knee so that the orange label is facing upwards (fig. A). The cut-out on the front must be precisely over the patella.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Open the securing straps and the fixation, lay the bands out of the appropriate loop and release the Velcro® closure from the knee brace. Position the knee brace on the extended knee in such a way that the orange label faces upwards. The cut-out on the front should be located over the knee cap as precisely as possible. Secure the Velcro® closures (inner one first (fig. B) and C), then the outer Velcro® closures (fig. D and E), always start with the topmost Velcro® fastener).
The tension must be closed evenly.

2. Remove the knee struts if necessary, remove the joint hinges from the shaft, reform if necessary, insert back into the shaft and put the knee brace back on again.
3. Insert each strap through the appropriate buckle and tighten the Velcro® closure until the desired tension is achieved, then secure. First close the straps in the area of the thigh (fig. F and G), then at the calf (fig. H). For the longer versions of the knee brace (REF. 01127, REF. 01127A, REF. 01130 and REF. 01130A) first close the distal strap at the thigh.
4. Set the required degree of flexion and extension if necessary:

GenuFIT29 - GenuFIT29A - GenuFIT30 - GenuFIT30A
- Open the cover (fig. I), set the pins to the required degree of flexion/extension (fig. L) and close the cover.

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A
- Open the hinge cover (fig. M) and remove the fixation pin to the side (fig. M), remove the central locking component (fig. N) and insert/replace the wedges to the required degree of flexion/extension (fig. O)
- Reinsert the fixation element in the middle (fig. P) and slide the two halfcovers towards the centre until they securely "click" into place (fig. Q)

PUTTING ON THE PATIENT FOR THE PATIENT

1 GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Fully open the securing straps, pull out of the appropriate loop and release the Velcro® closure from the knee brace. Pull the knee brace over the knee so that the orange label is facing upwards (fig. A). The cut-out on the front must be precisely over the patella.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Open the securing straps, pull the tapes out of the appropriate loop and release the Velcro® closure from the knee brace. Position the knee brace on the extended knee in such a way that the orange label faces upwards. The cut-out on the front should be located over the knee cap as precisely as possible. Secure the Velcro® closures (inner one first (fig. B and C), then the outer Velcro® closures (fig. D and E), always with the topmost closure).
Ensure the tension is closed evenly.
Guide each strap through the appropriate buckle and tighten the Velcro® closure until the desired tension is achieved, then secure. First close the straps in the area of the thigh (fig. F and G), then at the calf (fig. H). For the longer versions of the knee brace (REF. 01127, REF. 01127A, REF. 01130 and REF. 01130A) first close the distal strap (the one further from the centre of the body) at the thigh.

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

GEL 01125 - G1125A - G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Orthèse de genou en tissu Aer-OS avec rotules articulées polycentriques et contrôle F-E

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare, sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Les présentes ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures ou ourlets.
Il est conseillé de ne pas serrer le dispositif trop fort afin de ne pas exercer une pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un orthopédiste-prothésiste. Lire attentivement le dépliant présent dans le dispositif avant utilisation. NE PAS utiliser le produit en cas d'intolérance ou d'allergie à un ou plusieurs des ses composants. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes vives ou de champs électromagnétiques forts. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS
Le port d'une orthèse spécifiquement conçu pour les indications mentionnées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage du médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. L'utilisation de fortéhse est prévue pour un seul patient. Il est conseillé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes vives ou de champs électromagnétiques. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du dispositif, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas de douleur, gonflement, ourlets, tumefactions ou en cas de toute autre réaction anormale, consulter immédiatement à son médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de votre pays. L'efficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

Code	GEL01125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Longueur cm GenuFIT 25/25A/29/29A	41	41	41	41	41	41
Longueur cm GenuFIT 27/27A/30/30A	41	41	41	41	41	41
Couleur	noir					

Ambidextre

ENTRETIEN
Ne pas blanchir
Ne pas repasser
Instructions de lavage:
lavage à la main jusqu'à 30 °C avec un savon neutre, faire sécher à l'écart des sources de chaleur.
L'orthèse et ses composants ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères mais conformément aux dispositions en vigueur.

INDICATIONS
- Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
- Prévention de récidive de foulures LCM et LCL dans l'activité sportive
- Instabilité chronique latero-médiale
- Arthrose fémoro-patellaire
- Instabilité arthrosique (genou non opérable)

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue à ce jour

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX
- Nouveau design anatomique, plat et modulaire, permettant une meilleure souplesse de mouvement et une adaptation optimale à l'articulation
- Textile Aer-OS respirant, hypoallergénique et sangles de fermeture en Velcro®
- Nouvelle insertion dans le creux du genou en textile Soft-X très doux et sans coutures, très confortable à l'usage
- Nouvelle bordure élastique douce et souple
- Seulement GenuFIT 25/27/29/30: Ouverture patellaire stabilisée par un renfort en mousse
- Seulement GenuFIT 25A/27A/29A/30A: Nouveau articulation CLICKCLACK polycentrique à profil ultraplat, réglable facilement grâce à des boutons et SANS aucun outil:
  - extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  - flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  - blocage: 0°, 10°, 20°, 30°
- Seulement GenuFIT 29/29A/30/30A: articulation polycentrique très plate, ajustable variable facile par tiquets: extension, flexion et blocage: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Seulement GenuFIT 25/27/29/30: Ouverture patellaire stabilisée par un renfort en mousse
- Seulement GenuFIT 25A/27A/29A/30A: Nouvelle articulation CLICKCLACK polycentrique à profil ultraplat, réglable facilement grâce à des boutons et SANS aucun outil:
  - extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  - flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  - blocage: 0°, 10°, 20°, 30°
- Seulement GenuFIT 25/27/29/30: Ouverture pour boucles de fixation, les sangles sont à enfiler dans les boucles et fixées par les velcros
- Seulement GenuFIT 25A/27A/29A/30A: Ouverture pour boucles de fixation, les sangles sont à enfiler dans les boucles et fixées par les velcros
- Seulement GenuFIT 29/29A/30/30A: Nouvelle articulation CLICKCLACK polycentrique à profil ultraplat, réglable facilement grâce à des boutons et SANS aucun outil:
  - extension, flexion et immobilisation à 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Seulement GenuFIT 27/27A/30/30A: Nouvelle articulation CLICKCLACK polycentrique à profil ultraplat, réglable facilement grâce à des boutons et SANS aucun outil:
  - extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
  - flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
  - blocage: 0°, 10°, 20°, 30°
- Seulement GenuFIT 27/27A: Insertion élastique noire sur la partie proximale de la cuisse

APPLICATION - PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO

GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Ouvrir totalement la gouvellière et les bandes de fixation, dégager ces dernières des boucles correspondantes et ouvrir la bande Velcro® de la gouvellière. Poser la gouvellière sur le genou de manière à ce que l'étiquette orange soit dirigée vers le haut (fig. A). Ouverture située sur la devant doit se trouver exactement sur la rotule.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Ouvrir totalement la gouvellière et les bandes de fixation, dégager ces dernières des boucles correspondantes et ouvrir la bande Velcro® de la gouvellière. Poser la gouvellière sur la jambe étendue de manière à ce que l'étiquette orange soit dirigée vers le haut. Ouverture située sur la devant doit se trouver exactement sur la rotule. Fermer les velcros® (tout d'abord les bandes Velcro® du milieu (fig. B et C), puis les bandes Velcro® extérieures (fig. D et E), toujours commencer par la bande Velcro® la plus haute).
Le tension est, retirer la gouvellière, enlever les tiges articulées de leur étui afin de les plier correctement, les remettre dans leur étui et remettre la gouvellière sur la jambe.

2. Insérer chaque sangle dans la boucle correspondante et tendre les bandes Velcro® jusqu'à obtenir le réglage souhaité, puis fermer. Fermer tout d'abord la sangle située dans la zone de la cuisse (fig. F et G), puis celle située dans la zone du mollet (fig. H). Avec les gouvellières longues (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 et REF. G1130A), fermer en premier la sangle distale (celle qui est la plus éloignée du milieu du corps) située dans la zone de la cuisse.
3. Si nécessaire, régler la flexion-extension:

GenuFIT29 - GenuFIT29A - GenuFIT30 - GenuFIT30A
- Ouvre le couvercle (fig.I), positionner les goupilles aux degrés souhaités (fig. L) et refermer le couvercle

GenuFIT25 - GenuFIT25A - GenuFIT27 - GenuFIT27A
- Ouvrir le couvercle de l'articulation et faisant coulisser latéralement les deux demi-couvercles (fig.M), extraire l'élément central de blocage (fig.N) et insérer/remplacer les butées aux degrés souhaités (fig.O)
- Remettre l'élément central de blocage (fig.P) en place et coulisser vers le centre les deux demi-couvercles jusqu'à ce qu'ils se "clic" en place (fig.Q)

APPLICATION À LA PATIENTE

1 GenuFIT 25 - GenuFIT 27 - GenuFIT 29 - GenuFIT 30
Ouvrir totalement la gouvellière et les bandes de fixation, dégager ces dernières des boucles correspondantes et ouvrir la bande Velcro® de la gouvellière. Appliquer la gouvellière sur le genou de manière à ce que l'étiquette orange soit dirigée vers le haut (fig. A). Ouverture située sur la devant doit se trouver exactement sur la rotule.

GenuFIT 25A - GenuFIT 27A - GenuFIT 29A - GenuFIT 30A
Ouvrir totalement la gouvellière et les bandes de fixation, dégager ces dernières des boucles correspondantes et ouvrir la bande Velcro® de la gouvellière. Poser la gouvellière sur la jambe étendue de manière à ce que l'étiquette orange soit dirigée vers le haut. Ouverture située sur la devant doit se trouver exactement sur la rotule. Fermer les velcros® (tout d'abord les bandes Velcro® du milieu (fig. B et C), puis les bandes Velcro® extérieures (fig. D et E), toujours commencer par la bande Velcro® la plus haute).
Le tension est, retirer la gouvellière, enlever les tiges articulées de leur étui afin de les plier correctement, les remettre dans leur étui et remettre la gouvellière sur la jambe.

2. Insérer chaque sangle dans la boucle correspondante et tendre les bandes Velcro® jusqu'à obtenir le réglage souhaité, puis fermer. Fermer tout d'abord la sangle située dans la zone de la cuisse (fig. F et G), puis celle située dans la zone du mollet (fig. H). Avec les gouvellières longues (REF. G1127, REF. G1127A, REF. G1130 et REF. G1130A), fermer en premier la sangle distale (celle qui est la plus éloignée du milieu du corps) située dans la zone de la cuisse.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ.

GEL 01125 - G1125A - G1127 - G1127A - G1129 - G1129A - G1130 - G1130A
Наколенник из ткани Aer-OS с поликлинтическими шарнирно-соединёнными стержнями

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет, что данное изделие является сертифицированным, что это медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). Эта инструкция были подготовлены в соответствии с основополагающим принципами, упомянутыми выше. Она предназначена для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ
Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Рекомендуется сводить к минимуму давление, которое изделие оказывает на поврежденные участки кожи или опухоли.
Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные и сосудистые структуры. Если вы не уверены в правильности применения изделия, обратитесь к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду. Внимательно прочтите состав продукта на внутренней этикетке; НЕ используйте продукт в случае непереносимости или аллергии на один или несколько компонентов. Рекомендуется не носить изделие рядом с открытым пламенем или сильными электромагнитными источниками. Не применять при прямом контакте с открытыми ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/физиотерапевтом/ортопедом. Производитель не несет ответственности в случае ненадлежащего использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя ответственность согласно регламенту на медицинские изделия. У гипераллергичных пациентов возможно появление раздражений при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение или раздражение. В случае возникновения гиперчувствительности или болезненных ощущений обратитесь к своему лечащему врачу и, в случае серьезных последствий проинформируйте производителя и компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена только в случае использования всех его компонентов.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Артикул	GEL01125/G1125A/G1127/G1127A/G1129/G1129A/G1130/G1130A					
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружность бедра в 15 см от центра коленной чашечки см	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Длина GenuFIT 25/25A/29/29A см	41	41	41	41	41	41
Длина GenuFIT 27/27A/30/30A см	41	41	41	41	41	41
Цвет	черный					

одинаково подходит для левого, так и для правого колена

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Не отбеливать
Не гладить
Инструкция по уходу: стирка при 30°С вручную, не сушить в сушке
Не подвергать химической чистке
Не сушить в сушке
Не сушить рядом с источниками тепла
Утилизировать изделие и его компоненты, не выбрасывать.

ПОКАЗАНИЯ
- Функциональное лечение вывихов I и II степени медиальной/ латеральной коллатеральной связки
- Предупреждение рецидивов вывихов медиальной и латеральной коллатеральной связки при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная/медиальная нестабильность надколенника;
- Артроз бедренно-надколенного сустава;
- Артроза нестабильность (при неоперируемое колено)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На данный момент не известно

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТ