

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

REF. 8104-8105-8106-8107
Орtez-тутор иммобилизирующий для коленного сустава 0°
REF. 8104F-8105F-8106F-8107F
Орtez-тутор иммобилизирующий для коленного сустава 20°

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше. Они предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ
Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухоли. Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные и сосудистые окончания. В случае возникновения сомнений в применении изделия обратитесь к врачу, физиотерапевту, технику ортопеду. Внимательно прочтите состав продукта на внутренней этикетке; НЕ используйте продукт в случае переносимости или аллергии на один или несколько компонентов, входящих в его состав. Не рекомендуется одевать изделие вблизи открытого. Не применять при прямом контакте с открытыми ранами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность основываясь на требованиях к медицинским изделиям. У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение или раздражение. В случае возникновения болевых ощущений, отеков, припухлости немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, и при наличии серьезных последствий проинформировать производителя и компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена только в случае использования всех его компонентов.

ВЫБОР / РАЗМЕРЫ

Код	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Фиксация на	0°	0°	0°	0°
Длина в см	40	50	60	70
Цвет	черный			

одинаково подходит для правой левой ноги

Код	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Фиксация на	20°	20°	20°	20°
Длина в см	40	50	60	70
Цвет	черный			

одинаково подходит для правой левой ноги

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

☒ Не отбеливать ☒ Не подвергать химической чистке
☒ не гладить ☒ не сушить в сушилке
☒ Ручная стирка в теплой (30°C) воде с нейтральным мылом, аккуратно сполоснуть.
☒ Сушить вдали от источников тепла.

Выбрасывать в местах, специально предназначенных для сбора мусора как само изделие, так и любую из составляющих его частей.

ПОКАЗАНИЯ

• **МОД. 8104 – 8107:** Экстренная иммобилизация коленного сустава.
Рекомендован вместо гипса при повреждениях менисков, переломах надколенника.
• **МОД. 8104/F – 8107/F:** Иммобилизация коленного сустава под углом 20° (после хирургического вмешательства или после травмы)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

На данный момент не выявлено

ХАРАКТЕРИСТИК И МАТЕРИАЛЫ

- Конструкция из мягкого пенополиуретана с двойной подкладкой
- Внутреннее губчатое покрытие
- Моделируемые жесткие срединные, боковые и задние стержни из легкого сплава (только для мод. 8104/F – 8107/F: расположенные с изгибом в 20°)
- Открытая коленная чашечка
- Моющийся

НАДЕВАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРВОМУ НАДЕВАНИЮ ДЛЯ ВРАЧА / СПЕЦИАЛИСТА-ОРТОПЕДА

- Расстегните ремни и застегните их временно на самих себе. Отсоедините боковые щитки от заднего щитка.
- Закрепите задний щиток по центру ноги, используя специальные ремешки, имеющиеся в комплекте (рис. А), таким образом, чтобы концы ремешка находились как можно ближе к краю щитка.
- Закрепите боковые щитки на заднем щитке с помощью застежки на липучках Velcro® таким образом, чтобы стержни оказались сбоку, и чтобы было достаточно места для размещения коленной чашечки (рис. В). Переднее отверстие должно располагаться по центру коленной чашечки.
- При необходимости придайте форму стержням, следуя анатомическому профилю ноги.
- Затяните и зафиксируйте ремешки на липучках Velcro® в чередующейся последовательности (бедро/голень), начиная с самых ближних к центру колена (рис. С).

ПОСЛЕДУЮЩИЕ НАДЕВАНИЯ

- Расстегните ремешки и застегните их временно на самих себе.
- Застегните ремешки заднего щитка для предварительного размещения фиксатора. Переднее отверстие должно располагаться по центру коленной чашечки.
- Затяните и зафиксируйте ремешки на липучках Velcro® в чередующейся последовательности (бедро/голень), начиная с самых ближних к центру колена (рис. С).

PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

REF. 8104-8105-8106-8107 Tutor stawu kolanowego 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Tutor stawu kolanowego 20°

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób medyczny należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostały sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionego rozporządzenia. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI HANDLOWE MATERIALÓW
Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zaleca się, aby nacisk wywierany przez produkt nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego ciśnienia lub ucisku leżących w tym obszarze nerwów i/lub naczyń krwionośnych. W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub technikiem ortopedą. Uwaga: zapoznaj się ze składem produktu na wewnętrznej etykiecie; NIE używaj produktu w przypadku nietolerancji lub alergii na jeden lub więcej jego składników. Nie zaleca się noszenia produktu w pobliżu otwartych płomieni. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z otwartymi ranami.

OSTRZEŻENIA

Zaleca się, aby produkt, przeznaczony do wymienionych poniżej wskazań, został przepisany przez lekarza lub fizjoterapeutę i dopasowany przez technika ortopedę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnić skuteczność produktu, tolerancję i prawidłowe działanie, aplikacja musi być przeprowadzona z najwyższą starannością. Nigdy nie należy zmieniać ustawień dokonanych przez lekarza / fizjoterapeutę / technika ortopedę. Odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użyciu tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, opierając się na przepisach rozporządzenia o wyrobach medycznych. U osób nadwrażliwych, bezpośredni kontakt produktu ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się bólu, obrzęku, opuchlizny lub jakiegokolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, a w przypadku problemu szczególnej wagi, należy zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w swoim kraju. Skuteczność ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

NUMER KATALOGOWY / WYMIARY

Kod	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Unieruchomienie w	0°	0°	0°	0°
Długość cm	40	50	60	70
Kolor	czarny			

pasuje do prawej i lewej strony

Kod	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Unieruchomienie w	20°	20°	20°	20°
Długość cm	40	50	60	70
Kolor	czarny			

pasuje do prawej i lewej strony

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

☒ Nie chlorować ☒ Nie prać chemicznie
☒ Nie prasować ☒ Nie suszyć mechanicznie
☒ Instrukcja prania: Prać ręcznie w temperaturze do 30°C przy użyciu neutralnego mydła. Suszyć z daleka od źródła ciepła.

Produktu, ani żadnych jego części, nie wolno utylizować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku.

WSKAZANIA

- REF. 8104 – 8107:** Unieruchomienie stawu kolanowego w wyproście (pooperacyjne lub pourazowe)
- REF. 8104/F – 8107/F:** Unieruchomienie stawu kolanowego w zgięciu 20° (pooperacyjne lub pourazowe)

PRZECIWWSKAZANIA

Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań

WŁAŚCIWOŚCI I MATERIAŁY

- Konstrukcja wykonana z dwójwójnie wycielanej miękkiej pianki
- Wewnątrz podszyta tkaniną frotte
- Sztuczne, ale dające się formować przęty środkowe, boczne i tylne wykonane z lekkiego stopu metali (Wyłącznie REF. 8104/F – 8107/F: utrzymujące pozycje przy zgięciu 20°))
- Regulowane płyty nośne, wewnętrzne i boczne
- Otwór na rzepkę
- Możliwość umycia

ZASTOSOWANIE

PIERWSZE ZAŁOŻENIE ORTEZY PRZEZ LEKARZA / TECHNIKA ORTOPEDE

- Otwórz wszystkie pasy na rzep i zaczer tymczasowo na sobie. Odłącz boczne płyty nośne od tej znajdującej się z tyłu.
- Przymocuj tylną płytę centralnie do nogi za pomocą dostarczonych specjalnych pasków (rys. A) tak, aby jeden koniec paska znajdował się jak najbliżej krawędzi płyty.
- Przymocuj boczne płyty do tylnej za pomocą rzepów Velcro® tak, aby przęty znajdowały się z boku, i aby powstało odpowiednie siedzisko na rzepkę (rys. B). Przedni otwór powinien znajdować się centralnie na rzepce.
- W razie potrzeby uformuj przęty zgodnie z anatomicznym profilem nogi.
- Naciągnij i zapnij paski na rzep Velcro® w naprzemiennej kolejności (udo / łydka), zaczynając od tych znajdujących się najbliżej środka kolana (rys. C).

KOLEJNE ZASTOSOWANIE

- Otwórz wszystkie pasy na rzep i zaczer tymczasowo na sobie.
- Zapnij paski na tylnej płycie nośnej w celu wstępnego ustawienia ortezu. Przedni otwór powinien znajdować się centralnie na rzepce.
- Naciągnij i zapnij paski na rzep Velcro® w naprzemiennej kolejności (udo / łydka), zaczynając od tych znajdujących się najbliżej środka kolana (rys. C).

LÜDZU, UZMANİGI İZLASİET UN SAĞLABAJIET İNSTRUKCIJAS

REF. 8104-8105-8106-8107 Ceja ortoze imobilizacijai pie 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Ceja ortoze imobilizacijai pie 20°

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Razoţājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir raţots un novērtēts saskaņā ar ES Noteikumiem 2017/745 (MDR). Šis lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto Noteikumu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbistošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

MATERIAĻU PREĶU ZĪMES
Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preĶu zīme.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iesākām izvietot izstrādājumu tā, lai tas nespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu rekomendējam nepievīkt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanas, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu saspiēšanas. Arī nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārstā/fizioterapeita/ vai ortopēda – tehniķa veiktos iestatījumus. Raţotājs nenos atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistoši, raţotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu raţotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā dalas.

BRĪDINĀJUMI

Izstrādājumu iesakam izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta vai fizioterapeita norādījuma, saskaņā ar zemāk izklāstīto, un tas jāuzliek ortopēdam – specialistam, atbilstoši pacienta individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārstā/fizioterapeita/ vai ortopēda – tehniķa veiktos iestatījumus. Raţotājs nenos atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Ja ortoze tiek lietota neatbistoši, raţotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jutību tiešs kontakts ar ādu var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu neparastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, bet īpaši smagu nevēlamu notikumu gadījumā, ziņojiet par notikumu raţotājam un kompetentām iestādēm jūsu valstī. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāte var tikt garantēta tikai ja pielieto visas tā dalas.

IZVĒLE/IZMĒRS

Art.numurs	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Imobilizācija pie	0°	0°	0°	0°
Garums, cm	40	50	60	70
Krāsa	melna			

piemērots labajai un kreisajai kājai

Art.numurs	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Imobilizācija pie	20°	20°	20°	20°
Garums, cm	40	50	60	70
Krāsa	melna			

piemērots labajai un kreisajai kājai

KOPŠANA

☒ Nedrīkst balināt ☒ Nedrīkst ķīmiski tīrīt
☒ Nedrīkst gludināt ☒ Nedrīkst žāvēt vējas žāvētājā
☒ Mazgāšanas norādījumi: mazgājiet ar rokām siltā ūdenī (30°C), izmantojot maigās ziepes (leteicānas ar sāļi); žāvējiet prom no siltuma avotiem.

Neizmetiet izstrādājumu vai kādu no tā sastāvdaļām vidē.

INDIKĀCIJAS

- REF. 8104 – 8107:** Pēcoperācijas vai pēctraumatizācijas imobilizācija ar celi ekstensijā
- REF. 8104/F – 8107/F:** Pēcoperācijas vai pēctraumatizācijas imobilizācija ar celi ekstensijā (atliekšanā) uz 20°

KONTRINDĪKĀCIJAS

Pašlaik nav zināmas.

RAKSTURLIELUMI UN MATERIĀLI

- Struktūra izgatavota no divslāņu, miksta putplastā
- No iekšpusē frotē auduma polsterējums
- Cietas bet veidojāmas, mediālas, sānu un aizmugures šinas izgatavotas no viegla sakausējuma metāla (tikai REF. 8104/F – 8107/F: noturot stāvokli pie fleksijas 20°)
- Regulējamas atbalsta plāksnes, iekšpusē un sānos
- Atvere patellai
- Mazgājams

IERĪCES UZLIKŠANA

INSTRUKCIJA DAKTERIM / TEHNIKIM

- Atvēriet visas Velcro® siksņas un īslaicīgi piefiksējiet tās ar sevi. Atbrīvojiet sānu atbalsta plāksnes no aizmugurējās plāksnes.
- Ar piegādāto Velcro® lentu palīdzību, novietojiet aizmugurējo atbalsta plāksni uz kājas centra (zīm. A). Vienam lentes galam jābūt, pēc iespējas, tuvāk plāksnes malai.
- Nostipriniet sānu atbalsta plāksnes ar Velcro® aizdari pie aizmugurējās plāksnes un pārliecinieties, ka šinas ir novietotas precīzi sānos un celtgala cepurīte atrodas izgiezumā (zīm. B). Priekšpusē esošajai atverei jāatrodas precīzi virs celtgala cepurītes.
- Ja nepieciešams, salieciet šinas, lai tas atbilstu kājas anatomiskajam profilam.
- Pievīciet un nostipriniet Velcro® aizdars, izmantojot mainīgu seciību.

IERĪCES UZLIKŠANAS INSTRUKCIJA PACIENTAM

- Atvēriet visas Velcro® siksņas un īslaicīgi piefiksējiet tās ar sevi.
- Aizveriet Velcro® lentes uz aizmugurējās atbalsta plāksnes īslaicīgi nodrošinot ceļa imobilizācijas atbalstu. Priekšpusē esošajai atverei jāatrodas precīzi virs celtgala cepurītes.
- Pievīciet un nostipriniet Velcro® aizdars, izmantojot mainīgu seciību (gurns/krīri), sākot ar aizdārēm tuvākām ceļa centrim (zīm. C).

- Šajā dokumentā ietvertie apraksti un attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem komerciāliem mērķiem. Orthoservice patur tiesības tos mainīt atbilstoši savām vajadzībām.

MOLIMO VAS DA PAŽĻIVO PROČITATE OVE UPUTE I SAČUVATE IH

REF. 8104-8105-8106-8107 Ortoza za koljeno za imobilizaciju u 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Ortoza za koljeno za imobilizaciju u 20°

IZJAVA O SUKLADNOSTI

ORTHOSERVICE AG, kao proizvođač, pod punom odgovornošću izjavljuje da je ovo medicinski proizvod klase I koji je proizveden i procijenjen prema EU Uredbi 2017/745 (MDR). Ove upute su sastavljene sukladno spomenutoj Uredbi. Namjena ovih uputa je osigurati primjerenu i sigurnu uporabu medicinskog proizvoda.

ZAŠTITNI ZNACI MATERIJALA
Velcro® je zaštićeni znak marke Velcro Industries B.V.

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Preporučamo da ne primjenujete pritisak koji stvara ovaj proizvod na dijelove tijela na kojima se nalazi rana, otok ili modrica. Preporučamo da proizvod ne stegnete prejako kako bi se izbjeglo stvaranje preteranog lokalnog pritiska ili kompresije na žilve i/ili krvne žile u blizini mjesta primjene proizvoda. Ukoliko ste u nedoumici kako primijeniti proizvod, kontaktirajte liječnika, fizioterapeuta ili ortopedskog tehničara. Pažljivo pročitajte sastav proizvoda na unutarnjoj etiketi; NEMOJTE koristiti proizvod u slučaju netolerancije ili alergije na jedan ili više njegovih sastojaka. Preporučamo da ne koristite proizvod u blizini otvorenog plamena. Ne primjenjivati u izravnom kontaktu s otvorenim ranama

UPOZORENJA

Preporučujemo je da ovaj proizvod, namijenjen za specifične indikacije navedene niže, propiše liječnik ili fizioterapeut, a postavi ortopedski tehničar sukladno specifičnim potrebama pacijenta. Kako bi se osigurala učinkovitost, podnošljivost i pravilno funkcioniranje, proizvod se mora postaviti s pažnjom. Nikada nemojte mijenjati prilagodba proizvoda koje je napravio liječnik, fizioterapeut ili ortopedski tehničar. Odgovornost proizvođača se gubi u slučaju nepravilne uporabe ili prilagodbe proizvoda.

Ortoza je namijenjena uporabi od strane samo jednog pacijenta. Ukoliko se ortoza nepravilno rabi, proizvođač ne snosi odgovornost sukladno Uredbi o medicinskim proizvodima. Kod pacijenata s osjetljivom kožom, uslijed direktnog kontakta proizvoda s kožom, može doći do crvenila i iritacije. U slučaju pojave boli, otoka, modrica ili bilo koje druge neželjene reakcije, odmah se obratite liječniku. U slučaju štetnog događaja, prijavite štetni događaj proizvođaču i nadležnom tijelu u Vašoj zemlji. Učinkovitost proizvoda je moguća samo ako sve komponente proizvoda pravilno funkcioniraju.

ODABIR / VELIČINA

Artiki	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Imobilizacija	0°	0°	0°	0°
Duljina (cm)	40	50	60	70
Boja	crna			

Prikladno za desnu i lijevu stranu

Artiki	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Imobilizacija	20°	20°	20°	20°
Duljina (cm)	40	50	60	70
Boja	crna			

Prikladno za desnu i lijevu stranu

ODRŽAVANJE

☒ Ne izbjeljivati ☒ Bez kemijskog čišćenja
☒ Ne glačati ☒ Ne sušiti u sušilici
☒ Upute za pranje: ručno pranje na maks. 30 °C uz uporabu neutralnog sapuna.
☒ Sušiti dalje od izvora topline.

Ne odlazite proizvod niti jjeđan njegov dio u okoliš.

INDIKACIJE

- REF. 8104 – 8107:** Postoperativna ili posttraumatska imobilizacija koljena u ekstenziji
- REF. 8104/F – 8107/F:** Postoperativna ili posttraumatska imobilizacija koljena u ekstenziji od 20°

KONTRAINDIKACIJE

Trenutno nisu poznate

SVOJSTVA I MATERIJALI

- Konstrukcija izrađena od mekane pjene s dvostrukom podstavom
- Unutrašnjost od frotine tkanine
- Medijalne i lateralne krute udlage te stražnje udlage izrađene od podeseive lake legure o (samo REF. 8104/F – 8107/F: s fleksijom od 20°)
- Podeseive medijalne i lateralne ploče
- Otvor za patele
- Perivo

STAVLJANJE ORTOZE / POSTAVLJANJE PROIZVODA

PRILAGODBA ZA LIJEČNIKA / TEHNIČARA

- Otvorite Velcro® trake i privremeno ih pričvrstite jednu za drugu. Otpustite bočne potporne ploče od stražnje ploče.
- Uz pomoć priloženih Velcro® traka postavite stražnju potporu na sredinu noge (slika A). Jedan kraj trake treba biti što bliže rubu ploče.
- Pričvrstite bočne potporne ploče Velcro® zatvaračima na stražnju ploču i provjerite da su udlage (šine) točno pozicionirane

 **BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN**

REF. 8104-8105-8106-8107 Orthese zum Ruhigstellen des Knies bei 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Orthese zum Ruhigstellen des Knies bei 20°

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumescenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten/Orthopädietechniker wenden. Lesen Sie bitte das innenliegende Etikett mit der Zusammensetzung des Produkts sorgfältig durch. Im Fall von Unverträglichkeiten oder Allergien gegen einen oder mehrere der enthaltenen Bestandteile verwenden Sie das Produkt bitte NICHT. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

HINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumescenzen oder anderen anomalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GRÖSSEN

Artikelnummer	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Ruhigstellung bei	0°	0°	0°	0°
Länge in cm	40	50	60	70
Farbe	schwarz			

beidseitig anwendbar

Artikelnummer	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Ruhigstellung bei	20°	20°	20°	20°
Länge in cm	40	50	60	70
Farbe	schwarz			

beidseitig anwendbar

PFLEGE

☒ Nicht bleichen ☒ Keine chemische Reinigung

☒ Nicht bügeln ☒ Nicht im Trockner trocknen

☒ Waschanweisung: Handwäsche bis 30° C mit neutraler Seife. Nicht direkt an Hitzequellen trocknen lassen.

Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

ZWECKBESTIMMUNG

Die Orthese zum Ruhigstellen des Knies bei 0°/20° ist ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen Einsatzbereich ist das Kniegelenk

INDIKATIONEN

- **REF. 8104 – 8107:** Ruhigstellung des Knies in Extension (postoperativ oder posttraumatisch)
- **REF. 8104/F – 8107/F:** Ruhigstellung des Knies in 20°-Flexion (postoperativ oder posttraumatisch)

KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

- Aus zweilagigem, weichem Schaumstoff
- Innen gefüttert mit Frottee
- Außen- und innenseitige, sowie hintere stabile, aber formbare Leichtmetallschienen (nur REF. 8104/F – 8107/F: positioniert bei einer Flexion von 20°)
- Innen- und außenseitige verstellbare Stützplatten
- Öffnung für die Patella
- Waschbar

ANPASSEN / ANLEGEN

ANPASSEN FÜR DEN ARZT / TECHNIKER

- 1 Die Klettbänder öffnen und provisorisch aufeinander befestigen. Die seitlichen Stützplatten von der rücksseitigen Platte lösen.
- 2 Die rücksseitige Stützplatte mit Hilfe der mitgelieferten Klettbänder auf die Mitte des Beins legen (Abb. A), dabei sollte ein Ende des Bands möglichst nah an der Kante der Platte liegen.
- 3 Die seitlichen Stützplatten mit dem Klettverschluss auf der rücksseitigen Platte befestigen; darauf achten, dass die Schienen exakt seitlich liegen und die Kniescheibe sich in der Aussparung befindet (Abb. B). Die Öffnung auf der Vorderseite muss genau über der Kniescheibe liegen.
- 4 Falls erforderlich, die Schienen entsprechend dem anatomischen Profil des Beins zurechtbiegen.
- 5 Die Klettbänder in abwechselnder Reihenfolge (Oberschenkel/Unterschenkel) festziehen und befestigen; dabei mit den am nächsten zur Kniemitte gelegenen Bändern beginnen (Abb. C).

ANLEGEN FÜR DEN PATIENTEN

- 1 Die Klettbänder öffnen und provisorisch aufeinander befestigen.
- 2 Die Klettbänder der rücksseitigen Stützplatte schließen, um die Knieerhaltungschiene provisorisch anzulegen. Die Öffnung auf der Vorderseite muss genau über der Kniescheibe liegen.
- 3 Die Klettbänder in abwechselnder Reihenfolge (Oberschenkel/Unterschenkel) festziehen und schließen; dabei mit den am nächsten zur Kniemitte gelegenen Bändern beginnen (Abb. C).

 **PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM**

REF. 8104-8105-8106-8107 Knee orthosis for immobilization of 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Knee orthosis for immobilization of 20°

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Please read the composition of the product on the inside label carefully; do NOT use the product if the patient has known intolerances or allergies to one or more components in the product. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames. Do not apply in direct contact with open wounds.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices. In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Item	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Immobilisation at	0°	0°	0°	0°
Länge in cm	40	50	60	70
Colour	black			

fits right and left

Item	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Immobilisation at	20°	20°	20°	20°
Länge in cm	40	50	60	70
Colour	black			

fits right and left

MAINTENANCE

☒ Do not bleach ☒ No chemical cleaning

☒ Do not iron ☒ Do not tumble-dry

☒ Washing instructions: hand wash at max. 30° C with neutral soap.

Dry away from heat sources.

Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS

- **REF. 8104 – 8107:** Post-surgery or post-traumatic immobilization with knee in extension
- **REF. 8104/F – 8107/F:** Post-surgery or post-traumatic immobilization with knee in extension of 20°

CONTRAINDICATIONS

Currently no known

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- Structure made of double-lined soft foam
- Terry cloth interior
- Medial and lateral rigid stays and back stays made of adjustable light alloy (only REF. 8104/F – 8107/F: with flexion of 20°)
- Adjustable medial and lateral panels
- Patella opening
- Washable

PUTTING ON THE APPLIANCE

ADAPTING FOR THE DOCTOR / TECHNICIAN

- 1 Open the Velcro® tape closures and provisionally secure to each other. Loosen the side supporting plates from the rear plate.
- 2 With the help of the supplied Velcro® tapes, place the rear supporting plate on the centre of the leg (fig. A). One end of the tape should be as close as possible to the edge of the plate.
- 3 Secure the side supporting plates with the Velcro® closure to the rear plate and make sure that the rods are positioned precisely on the sides and the knee cap is located in the cut-out (fig. B). The opening on the front must lie precisely over the knee cap.
- 4 If necessary, bend the rods to correspond to the anatomical profile of the leg.
- 5 Tighten and secure the Velcro® closures using an alternating sequence.

PUTTING ON THE APPLIANCE FOR THE PATIENT

- 1 Open the Velcro® tape closures and provisionally secure to each other.
- 2 Close the Velcro® tapes on the rear supporting plate to provisionally secure to the knee immobilisation support. The opening on the front must lie precisely over the knee cap.
- 3 Tighten and secure the Velcro® closures using an alternating sequence (high/low) starting with the closures closest to the centres of the knee (fig. C).

 **LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER**

REF. 8104-8105-8106-8107 Orthèse d'immobilisation du genou à 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Orthèse d'immobilisation du genou à 20°

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX

Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures ou tumefactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette intérieure; NE PAS utiliser le produit en cas d'intolérance ou d'allergie à un ou plusieurs de ses composants. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. L'utilisation de l'orthèse est prévue pour un seul patient à la fois; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tumefactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement à un médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. L'efficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

Code	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Immobilisation à	0°	0°	0°	0°
Longueur cm	40	50	60	70
Couleur	noir			

ambidextre

Code	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Immobilisation à	20°	20°	20°	20°
Longueur cm	40	50	60	70
Couleur	noir			

ambidextre

ENTRETIEN

☒ Ne pas blanchir ☒ Pas de nettoyage chimique

☒ Ne pas repasser ☒ Ne pas sécher en séchoir

☒ Instructions de lavage : lavage à la main jusqu'à 30° C avec du savon neutre, ne pas sécher à proximité de sources de chaleur.

L'orthèse et ses composants doivent être éliminés en respectant les normes environnementales.

INDICATIONS

- **REF. 8104 – 8107:** Immobilisation avec genou en extension (suite à une opération ou à un traumatisme)
- **REF. 8104/F – 8107/F:** Immobilisation avec genou plié à 20° (suite à une opération ou à un traumatisme)

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Structure en mousse souple bi-doublée
- Revêtement intérieur à éponge
- Tiges rigides médiales-latérales et postérieures en alliage léger modelables (seulement REF. 8104/F – 8107/F: positionnées à une flexion de 20°)
- Panneaux médial et latéral réglables
- Ouverture rotulienne
- Lavable

ENFILAGE

ADAPTATION POUR LE MÉDECIN / L'ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE

- 1 Ouvrir les bandes Velcro® et les fixer provisoirement sur elles-mêmes. Détacher les panneaux de soutien latéraux du panneau arrière.
- 2 Placer le panneau de soutien arrière au niveau du milieu de la jambe à l'aide des bandes Velcro® fournies (fig. A), la fin de la bande Velcro® devant se rapprocher au maximum du bord du panneau.
- 3 Fixer les panneaux latéraux sur le panneau arrière à l'aide des fermetures Velcro®; veiller à ce que les éclisses soient bien positionnées latéralement et à ce que la rotule se trouve au niveau du renforcement (fig. B). L'ouverture à l'avant doit se trouver exactement au-dessus de la rotule.
- 4 Si nécessaire, recourber les éclisses afin de les ajuster au profil anatomique de la jambe.
- 5 Resserrer et fixer alternativement (haut de la jambe, bas de la jambe) les bandes Velcro®; commencer avec les bandes les plus proches du centre du genou (fig. C).

ENFILAGE POUR LE PATIENT

- 1 Ouvrir les bandes Velcro® et les fixer provisoirement sur elles-mêmes.
- 2 Reformer les bandes Velcro® du panneau de soutien arrière afin de positionner provisoirement les éclisses d'immobilisation du genou. L'ouverture à l'avant doit se trouver exactement au-dessus de la rotule.
- 3 Resserrer et fixer alternativement (haut de la jambe, bas de la jambe) les bandes Velcro®; commencer avec les bandes les plus proches du centre du genou (fig. C).

 **LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE**

REF. 8104-8105-8106-8107 Ortesi per immobilizzazione del ginocchio a 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Ortesi per immobilizzazione del ginocchio a 20°

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna; NON utilizzare il prodotto in caso di intolleranza o allergie a una o più componenti presenti nello stesso. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF.8104	REF.8105	REF.8106	REF.8107
Immobilizzazione a	0°	0°	0°	0°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

Codice	REF.8104/F	REF.8105/F	REF.8106/F	REF.8107/F
Immobilizzazione a	20°	20°	20°	20°
Lunghezza cm	40	50	60	70
Colore	nero			

ambidestro

MANUTENZIONE

☒ Non candeggiare ☒ Pulizia chimica non consentita

☒ Non stirare ☒ Non asciugare in asciugatrice

☒ Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30° C con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- **REF. 8104 – 8107:** Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)
- **REF. 8104/F – 8107/F:** Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)

CONTRAINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in morbida gommasciuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili (solo REF. 8104/F – 8107/F: posizionate con una flessione di 20°)
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile

APPLICAZIONE

PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO

- 1 Aprire i cinturini richiudendoli provvisoriamente su loro stessi. Staccare i pannelli laterali da quello posteriore.
- 2 Applicare il pannello posteriore centralmente sulla gamba utilizzando gli appositi cinturini in dotazione (fig. A), in modo che una estremità del cinturino sia il più vicino possibile al bordo del pannello.
- 3 Applicare i pannelli laterali su quello posteriore tramite Velcro® in modo che le aste risultino laterali e che si crei una sede adeguata per l'alloggiamento della rotula (fig. B). Il foro anteriore deve essere centrato sulla rotula.
- 4 Se necessario modellare le aste seguendo il profilo anatomico della gamba.
- 5 Stringere e fissare i cinturini a Velcro® in sequenza alternata (coscia/gamba) partendo da quelli più vicini al centro ginocchio (fig. C).

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

- 1 Aprire i cinturini richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.
- 2 Chiudere i cinturini del pannello posteriore per pre-posizionare l'immobilizzatore. Il foro anteriore deve essere centrato sulla rotula.
- 3 Stringere e fissare i cinturini a Velcro® in sequenza alternata (coscia/gamba) partendo da quelli più vicini al centro ginocchio (fig. C).

 **ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ**

REF. 8104-8105-8106-8107 Фіксатор колінного суглобу 0°

REF. 8104F-8105F-8106F-8107F Фіксатор колінного суглобу 20°

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД ВИРОБНИКА

Виробник в особі компанії ORTHOSERVICE AG заявляє про свою виняткову відповідальність, що це медичний виріб класу I, та виготовлений відповідно до вимог Регламенту ЄС 2017/745 (EU MDR). Ці інструкції були підготовлені відповідно до основоположних принципів, згаданих вище. Вони призначені для забезпечення належного та безпечного використання медичного виробу.

ТОРГОВІ МАРКИ МАТЕРІАЛІВ

Velcro® – це зареєстрована торгова марка компанії Velcro Industries B.V.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Напура, що створюється виробом, не повинна здавлювати пошкоджені ділянки шкіри або припухлості. Не рекомендується занадто перетягувати виріб, щоб уникнути небажаного тиску на нервові та судинні закінчення. У разі виникнення сумнівів у застосуванні виробу зверніться до лікаря, фізіотерапевта, техника-ортопеда. Уважно прочитайте склад продукту на внутрішній етикетці; НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ продукт у разі непереносимості або алергії на один чи кілька його компонентів. Не рекомендується одягати виріб поблизу відкритого вогню. Не застосовувати при прямому контакті з відкритими ранами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей медичний виріб повинен бути виписаний лікарем або фізіотерапевтом і накладений техніком-ортопедом відповідно до індивідуальних потреб пацієнта. Правильне застосування виробу необхідне для забезпечення його ефективності. Усі зміни конструкції мають бути призначені лікарем/фізіотерапевтом/техніком-ортопедом. Виробник не несе відповідальності у разі неналежного використання виробу. Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта, інакше виробник знімає з себе будь-яку відповід