LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

Toiminnallinen polviortoosi

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Valmistajana ORTHOPEDIA sp.z o.o. vakuuttaa, että tämä on tuotan i lääkinnällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinnällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

MATERIAALIEN TUOTEMERKIT
Velcro® on Velcro Industries B.V.:n rekisteröity tavaramerkki.

TURVALLISUUSSYMBOLIT
Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kotideksi kehonosiin, joissa on kasvua, turvotusta tai kyhmyjä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristeelta välttyään eikä tuotteen alaisia hermoihin ja verisuoniin kohdisti liiallista puristetta. Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimittaneen apuvälineammattilaisen puoleen. Lue tuotteeseesi huolellisesti tuote-etiketistä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi avotulen tai voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä. Älä käytä suorassa kosketuksessa avoimien haavojen kanssa

VAROITUKSET
On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitettyihin käyttötaheisiin, ja jonka apuvälineiden ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttömukavuuden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkärin, fysioterapeutin tai apuvälineteknikon tekemää säätöä.
Valmistajan vastuut raukeavat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön. Valmistajan vastuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinnällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkkäihoisilla henkilöillä suosta ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärtymistä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi. Jos kyseessä on erityisen vaikea haitta, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakohtaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia komponentteja käytetään oikein.

MITTAUSTAULUKKO / KOKO

Tuotenumero	REF.9530 / REF.9540						
Koko	XS	S	M	L	XL	XXL	
Reiden ympärysmitta. Mittaa 15 cm polvilumpion keskustan yläpuolelta, cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Pituus cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Pituus cm	40	40	40	40	40	40	

Väri: musta · Ilmoita jos on kyseessä oikea tai vasen polvi

HUOLTO
- Ei saa valkaista
- Ei kemiallista puhdistusta
- Älä silitä
- Ei rumpukuivausta

Pesuohjeet:
- Pesu: Puhdista haalealla vedellä kostetulla liinalla. Pyyhi kuivaksi kuivalla liinalla
- Vehoilu: Poista vehoilu ja puhdista haalealssa vedessä miedolla pesuaineella. Ilmakuivaus.
- Tarkista säännöllisesti asetukset turvallisen istuvuuden varmistamiseksi
- Älä havitä tuotetta tai mitään sen osia luontoon
- Ota yhteys ortopedisi insinöörin kuluneiden osien vaihtamiseksi

KÄYTTÖAIHEET
- ACL:n, MCL:n, LCL:n, PCL:n repeämän ja repeämät tai yhdistetty epävakuus
- Polven nivelen vakava epävakuus, traumaattinen tai polven rappeutuva
- Tuen leikkausta / postoperatiivinen hoito, kuntoutuksen aikana tai edellä mainittujen vammojen konservatiivinen hoito
- Nivelsiteiden suojaaminen toiminnan aikana

VASTA-AIHEET
Tämän päivän tietojen mukaan ei tunnettuja vasta-aiheita.

OMINAISUUDET JA MATERIAALI
- Mukautuu täysin polvinivelen liikkeisiin uuden anatomisen muotoilun ansiosta
- Innovatiivinen runko on tehty erityisestä alumiiniseoksessa ja on kevyt, tukeva, muotoiltavissa (helpottaa istuvuutta reidestä ja polvesta), kova mattamusta maalipinta.
- Uudet remmisolpet erityisestä ja joustavasta muovista eivät kierry helpottaen tuen pukemista ja sopeutuu jalan mukaisesti.
- Uusi, kaksisuuninen kiinnitysremmi Velcro® -materiaalista mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen polvesen.
- Remmien pehmustuksessa velurpäällinen, saumaton ja ilman painepisteistä lisäten käyttömukavuutta vasten ihoa.
- Isoi polvisentimen mwet, jotka on helppo asettaa liikerajoittimet ilman työkaluja: Ekstensio: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Fleksio: 45°, 60°, 75°, 90°; Lock: 0°, 10°, 20, 30°
- Valmiiksi asennettuna medaalinen, anatomisesti muotoiltu, kondyylipehmuste lisäten käyttömukavuutta ja tukevuutta.
- Kaksi vaihtosettiä kondyylipehmusteita eri paksuisia pehmusteita helpottamaan sovittamista eri tilanteissa (esim. turvotuksen muutoksien yhteydessä).
- Rungon pehmusteet kiinnitetty ohuilla napeilla. Pehmusteet voidaan irrottaa esim. puhdistamisen yhteydessä. Liukumisen estoja ja ihoystävällinen päällinen.

TUOTTEEN PUKEMISOHJEET

OHJEET AMMATTILAISILLE:
1 Avaa kaikki Velcro® -remmit, poista ne solijstaan ja kiinnitä ne väliaikaisesti itseensä.
2 Pyydä potilasta istumaan ja koukistamaan polvea noin 30° ja aseta tuki potilaan jalkaan siten, että tuen nivel on 1-2 cm patellan keskikohdan yläpuolella.
3 Kiinnitä remmi 1 (kuva B ja C).
4 Kiinnitä remmi 2 (kuva D).
5 Paina nivelti alaspäin noin 1 cm (kuva E). Huomio: Nivel asetetaan taakse koukistettuun polveen, koska kun kaikki remmit on kiinnitetty tuki siirtyy eteenpäin oikeaan kohtaan.
6 Kiinnitä remmit 3-5 (kuva F).
7 Pyydä potilasta nousemaan seisomaan ja kiinnitä remmi 6 (kuva G).
8 Pyydä potilasta kävelemään ja koukistamaan polvea
9 Varmista, että kondyylituet ovat takaisi nivelen ympärillä.
10 Tarkista, että remmit ovat sopivat ilai tiukkasella eivätkä aiheuta ylimääräistä painetta.
11 Jos tarpeen, mukauta tuki potilaan jalkaan:
- Muokkaa runkoa siten, että se istuu täysin potilaan jalkaan (kuvat L-M), (käytä taivutusrautoja)
- On myös mahdollista lisätä kondyylipehmusteita, jotta tuki on sopiva potilaan jalkaan.
  - Yksi anatomisesti muotoiltu kondyylipehmuste valmiiksi asennettuna tukeen mediaalisesti ja yksi ohut pehmuste lateraalisesti.
  - Kaksi paksua kondyylipehmustetta ja yksi ohut kondyylipehmuste kuuluvat pakettiin varaosina

FLEKSIO-EKSTENSIO SÄÄTÖ
A Poista ruuvit, jotka pitävät fleksio/ekstensio -rajoitusapoja paikallaan (kuva H).
B Poista kaikki aiemmin asennetut rajoitusplat.
C Aseta paikalleen sopivat rajoitusplat fleksion/ekstension rajoittamiseksi (kuva I) siten, että rajoitusapojen lovet ovat tuen aukkojen kanssa saman suuntaisesti.
D Kiinnitä ruuvit takaisin, varmista, että ne osvat niille tarkoitettuihin aukkoihin. Varmista niiden kireys (kuva H).
E Varmista, että fleksio- tai ekstensiorajoitukset ovat samankokoiset molemmilla puolilla tukea.

MIKÄLI ASETTEAAN LUKITUSPALA 0°/10°/20°/30°
F Ensimmäiseksi aseta ekstensiopala (palat, joissa on vain yksi lovi), sitten fleksiopala (palat, joissa on kaksi lovea).
G Jos on mitään vaikeuksia asettaa toinen rajoituspala, puhdista rako ja lovet huolellisesti.

TUKEEN POISTAMINEN (VALINNAINEN)
H Irrota pehmuste rungosta;
I Avaa sisäpuolella nauni, joka on kiinni solijessa, jonka haluat irroittaa.
J Irrota niitti ja soiki.

PUKEMISOHJEET POTILAALLE
1 Avaa kaikki Velcro® -remmit, poista ne solijstaan ja kiinnitä ne väliaikaisesti itseensä.
2 Istu ja koukista polvea noin 30° ja aseta tuki jalkaan siten, että tuen nivel on 1-2 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolella (kuva N).
3 Kiinnitä remmi 1 (kuva O).
4 Kiinnitä remmi 2 (kuva P).
5 Paina nivelti alaspäin noin 1 cm (kuva Q). Huomio: Nivel asetetaan taakse koukistettuun polveen, koska kun kaikki remmit on kiinnitetty tuki siirtyy eteenpäin oikeaan kohtaan.
6 Kiinnitä remmit 3-5 (kuva R).
7 Nouse seisomaan ja kiinnitä remmi 6 (kuva S).
8 Kävele hetki koukistellen polvea muutaman kerran.
9 Varmista, että kondyylituet ovat tarkasti nivelen ympärillä ja että remmit ovat sopivalla tiukkuudella eivätkä aiheuta ylimääräistä painetta.

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kaupallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

VÄNLIGEN LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM

Funktionell knäortos

DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMELSE
Som tillverkare, Orthoservice AB deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt är en medicinteknisk klass 1 produkt som har tillverkats i linje med kraven av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna har utformats i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

VARUMÄRKE AV MATERIAL
Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vi rekommenderar att typ och storlek av produkten ges av en läkare eller annan behörig person som har sår, svullnad eller bölder. Det rekommenderas att efter sjukdomsperioden, då patienten använder produkten för första gången, kontrollerar att produkten inte är för trång och att den inte orsakar nerver och/eller blodkärl. Vid tveksamheter om hur produkten skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Läs materialbeskrivningen noga för att säkerställa att produkten är lämplig för din användning. Om du är allergisk mot någon av de material som produkten består av, undvik att använda produkten i närhet av öppen eld eller starka elektromagnetiska fält. Applicera inte vid direktkontakt med öppna sår.

VARNING
Det rekommenderas att denna produkt, som är konstruerad för specifika indikationer enligt nedan förskrivs av en doktor eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med användarens behov. För att säkerställa effektivitet, tolerans och korrekt funktion skall produkten appliceras och justeras med yttersta omsorg. Andra inte installningarna utförda av läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar förfaller vid olämplig användning eller anpassning. Ortosen skall endast användas av en person åt gången. Om ortosen används opassande, avsäger sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter.
Om hyperkänsliga individer direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation.
Om det uppstår smärta, svullnad, bölder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella allvarliga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

MÄTTABELL/STORLEK

Artikel	REF.9530 / REF.9540						
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	
Omkrets lår. Mät 15 cm ovanför mitten av patella cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Längd cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Längd cm	40	40	40	40	40	40	

Färg: svart · Ange höger eller vänster

SKÖTSEL
- Blek ej
- Ingen kemisk rengöring
- Strykning ej
- Torktumla ej
- Tvättråd:
  - Rami: Rengör med hjälp av en trasa med ljummet vatten och mjält tvättmedel. Torka torrt med torr trasa
  - Polstring: Tag bort polstringen och rengör i ljummet vatten med mjält tvättmedel. Lufttorka. Skötsel
  - Kontrollera regelbundet åtdragningar för säker passform
  - Kassera inte produkten eller någon av dess komponenter i naturen
  - Kontakta en ortopedingenjör för byte av slitna delar

INDIKATIONER
- Instabilitet och ruptur av ACL, MCL, LCL, PCL eller kombinerad instabilitet
- Svår instabilitet i knäleden, traumatisk eller degenerativ
- Post-operativ behandling, vid rehabilitering eller konservativ behandling, av de tidigare nämnda skadorna
- Skydd av ligament vid aktivitet

KONTRAINDIKATIONER
För närvarande inga kända

EGENSKAPER OCH MATERIAL
- Nytt anatomisk design för perfekt passform
- Innovativ ram tillverkad av en speciell aluminiumlegering. lätt och stabil, justerbar (underlättar modellering på tight och val). Matt svart färg.
- Nya spänner (individuellt avtagbara) tillverkad av speciellt och flexibelt skum med antirotationssystem för att underlätta applicering;
- Nya förstärkta kardborrebandband och uppdelade för bättre anpassning
- MTP - puter av mykt material för att undvika ytterligare irritation
- Ny och ultra lätt profil för polycentriska, lätt att justera med hjälp av klar UTAN nägot verktyg:
  Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°; Block: 0°, 10°, 20°, 30°
- Förinstallerad, anatomisk medial kondylpolster för optimalt stabilitet
- Två uppsättningar kondyl kuddar med olika tjocklekar ingår
- Intern ramfoder (avtagbar för rengöring) med lägprofilsklick för att säkerställa en säker positionering.
- Hypoallergen, anti-mögelskum och mjuklig-yng materiall

UTPROVNINGSINSTRUKTION
INSTRUKTION FÖR LÄKAREN/ORTOPEDINGENJÖREN
1 Öppna alla Velcro® kardborreband, ta bort dem från motsvarande spännen och stäng dem tillfälligt mot sig själva.
2 Sätt patienten med önskad extension/flexion på bänk / stol / säng och placera mitten av leden cirka 1-2 cm över mitten av knäskålen (fig. A).
3 Fäst band 1 (bild B och C).
4 Fäst band 2 (fig. D).
5 Skjut ledenna nedåt ca 1 cm (fig. E). Obs: Ledena är placerade bakom det böjda knäet, eftersom hvar stropp fästes fremover till bekvämlighet och riktig passform av benet.
6 Fäst band 3 till och med 5, i ordning (fig. F).
7 Låt patienten stå upp och fäst remmen 6 (bild G).
8 Be patienten gå och böja knäet.
9 Se till att kondylkuddarna sitter tätt runt leden.
10 Kontrollera att de hårda lär- och ben sitter tätt runt muskelna utan att orsaka för högt tryck.
11 Justera vid behov skicdet till patientens ben:
- Ändra strukturen så att den passar det anatomin hos den drabbade leden (fig. L - M) (med böjvärden).
- Det är också möjligt att lägga till mellanlägg i överensstämmelse med kondylerna för att anpassa ortosen till det exsiktiga knät.
  - En anatomiskt formad kondylkudde är förmonterad på stagen medialt (på knäets insida) och en tunn kudde i sidled (på knäets yttre sida)
  - Två tjocka kondylerplattor och en tunn kondylarplatta ingår i paketet, för att byta ut de förmonterade vid behov

INSTÄLLNING AV FLEXION-EXTENSION
A Ta bort skruvarna som håller extensions/flexionsklaffarna på plats (bild H).
B Ta bort eventuella förinsatta klar.
C Sett in klarna med önskad extension/flexiongrad (fig. I) så att skärorna på klarna sammanfaller med spåren på skydden.
D Sätt tillbaka skruvarna och se till att de passar ordentligt i spåren. Dra åt ordentligt (bild H).
E Se till att extension/flexionsklarna är inställda i samma grad på båda ledena.

VID JUSTERING AV STOPP 0°/10°/20°/30°
F För in första extensionsleden (den med bara ett hak), sedan flexionsleden (den med två hack).
G Om det uppstår svårigheter att sätta in den andra klen, skrapa bort eventuellt färg som finns i stagfacket eller fil klöspären.

BORTTAGNING AV SPÄNNEN (TILLVAL)
H Ta bort dynan från ramen;
I Från insidan, lossa skruven som hör till spännet du vill ta bort;
L Ta bort niten och spännet.

APPLICERINGSINSTRUKTION PATIENT
1 Öppna Velcro® kardborreband, ta bort dem från motsvarande spännen och stäng dem tillfälligt på sig själva.
2 Sitt med knäet böjt i cirka 30 °, lägg stödet på remmen och flytta mitten av leden cirka 1–2 cm över mitten av knäskålen (fig. N).
3 Fäst rem 1 (fig. O).
4 Fäst rem 2 (fig. P).
5 Skjut ledenne nedåt ca 1 cm (fig. Q). Obs: Ledena är placerade bakom det böjda knäet, eftersom varje rem fästs framåt tills skyddet är korrekt placerat på benet.
6 Fäst banden 3 till och med 5 i ordning (fig. R).
7 Stå upp och fäst band 6 (fig. S).
8 Gå runt och böj knäet några gånger.
9 Se till att kondylkuddarna sitter tätt runt leden, och att de hårda lär- och benramen sitter tätt runt muskelna utan att orsaka för högt tryck.

- Beskrivilsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

Funksjonell kneortose

SAMSVARSERKLÆRING
Som produsenter erklærer Orthoservice AG sit fulle ansvar for at dette produktet er et medisinteknisk klasse 1-produkt, produsert i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medisinske produktet.

MERKING AV MATERIALER
Velcro® er et registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Vi anbefaler at dette produktet ikke påføres på noen kroppsdel som er rammet av sår, hevelser eller kuler, på grunn av trykket produktet påfører. Det anbefales å ikke stramme produktet for hardt for å unngå overdrevet lokalt trykk og kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar.
Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedteknisker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les materialets sammensetning på innsiden av produktdetiketten nøye. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen ild eller sterke elektromagnetiske felt. Ikke påfør ved direkte kontakt med åpne sår.

ADVARSLER
Det anbefales at ortopedisk produkt, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukerens behov. For å sikre effektivitet, toleranse og riktig funksjon må påføringen utføres med største forsiktighet. Ikke endre på innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker.Ortosen skal kun brukes av en person om gangen. Produsentens ansvar bortfaller i tilfelle av forkert bruk eller tilpasning. Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmæssigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicinteknisk produkter. For personer med overfølsom hudkontakt kan produktet forårsake rødme og irritation. Hvis det opstår smerte, hævelse, kviler eller anden reaktionen, med du kontakte legen din umiddelbart. Ved speciellt alvorlige problemer skal vi gøre opmærksom på at vores rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten til dette ortopedtekniske produktet er bare garantert når alle komponenter anvendes korrekt.

MÅLETABELL / STØRRELSE

Artikkel	REF.9530 / REF.9540						
Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL	
Omkrets lår. Mål 15 cm over midten av patella cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Lengde cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Lengde cm	40	40	40	40	40	40	

Farge: svart · Skriv inn høyre eller venstre

VEDLIKEHOLD
- Ikke bleik
- Ingen kjemisk rengjøring
- Ikke strykes
- Ikke tørketrommels
- Vaskeanvisning:
  - Ramme: Rengjør med en klut med lunkent vann og mildt vaskemiddel. Tørk av med en tørr klut
  - Polstring: Fjern polstringen og rengjør den i lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel. Tør af med en tør klut
  - Kontroller regelmessigt tilstramninger for sikker passform
  - Ikke kast produktet eller noen av dets komponenter i naturen
  - Kontakt en ortopedingeniør for å bytte ut slitte deler

INDIKASJONER
- Instabilitet og ruptur på ACL, MCL, LCL, PCL eller kombinert instabilitet
- Alvorlig instabilitet i kneleddet, traumatisk eller degenerativt
- Pre- / postoperativ behandling, under rehabilitering eller konservativ behandling av de tidligere nevnte skadene
- Beskyttelse av leddbånd under aktivitet

KONTRAINDIKASJONER
Foreløpig ingen kjent

EGENSKAPER OG MATERIALER
- Nytt anatomisk design for perfekt feste
- Innovativ ramme laget av en spesiell aluminiumslegering, lett og stabil, justerbar (forenkler modellering på lår og legg). Mattsvart lakkert.
- Nye spenner (kan fjernes individuelt) av et spesielt og fleksibelt skum med antirotasjonssystem for å lette påføringen;
- Nye forsterkede borrelåsstropper som er oppdelt for bedre passform
- MTP – puter av myk fibel under tåen og over ristbenet
- Ny og ultra lett profil for polycentriske, lett å justere med hjelp av klar kile, uten verktøy:
  Ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°; Blokk: 0°, 10°, 20°, 30°
- Forhåndsmontert, anatomisk medial kondylpolster for optimalt stabilitet
- To sett med kondylputer med ulik tykkelse er inkludert
- Innvendig rammefôring (avtagbar for rengjøring) med lavprofilskliks for å sikre en stabil plassering.
- Hypoallergen, anti-mugg skum og mulleng-materiale

UTPRØVINGSINSTRUKSJON
INSTRUKSJONER TIL LEGEN / ORTOPEDISK INGENIØR
1 Åpne alle Velcro®-borrelåsene, fjern dem fra den tilhørende spennene og lukk dem midlertidig mot seg selv.
2 Plasser pasienten med ønsket ekstensjon / fleksjon på benk / stol / seng, og plasser midten av leden cirka 1-2 cm over midten av kneskålen (fig. A).
3 Fest stropp nr. 1 (bilder B og C).
4 Fest stropp nr. 2 (fig. D).
5 Skyv leddene ned ca. 1 cm (fig. E). Merk: Leddene er plassert bak det bøyde kneet, ettersom hver stropp festes fremover for å sikre komfort og riktig passform av benet.
6 Fest stropp nr. 3 til og med stropp nr. 5 i rekkefølge (fig. F).
7 La pasienten stå opp og fest stropp nr. 6 (fig. G).
8 Be pasienten gå og bøye kneet.
9 Sørg for at kondylputepentes sitter godt rundt ledet.
10 Kontroller at de hårde skinnene rundt lår og ben sitter tett rundt musklene uten å forårsake for mye press.
11 Justér stotten til pasientens ben om nødvendig:
- Endre strukturen slik at den passer til pasientens anatomi til det berørte ledet (fig. L - M) (med bøyevinkler).
- Det er også mulig å legge inn innlegg i henhold til kondylene for å tilpasse ortosen til det enkelte kneet.
  - En anatomisk formet kondylpute er forhåndsmontert på stangen medialt (på innsiden av kneet) og en tynn pute sidevegts (på utsiden av kneet)
  - To tykke kondylarplater og en tynn kondylarplate er inkludert i pakken for å erstatte de ferdigmonterte ved behov

JUSTERING AV FLEXION-UTVIKLING
A Fjern skruene, som holder ekstensjons-/fleksjonsklaffene på plass (fig. H).
B Fjern eventuelle forutdannsinnsatte kiler.
C Sett inn kilene med ønsket grad av ekstensjon/fleksjon (fig. I) slik at sporene på kilene faller sammen med sporene på stotten.
D Sett inn skruene igjen og kontroller at de sitter godt i sporene. Stram godt (fig. H).
E Sørg for at ekstensjons-/fleksjonskilene er stilt inn i samme grad på begge ledd.

VED JUSTERING AV STOPP 0°/10°/20°/30°
F Sett inn ekstensjonsleddene (den med kun ett hakk) først, og deretter fleksjonskollen (den med to hakk).
G Hvis du har problemer med å sette inn den andre kilen, må du skrape av malingen som er i rommet til stangen eller fil kilespåren.

FJERNING AV SPENNENE (VALGFRITT)
H Fjern puten fra rammen;
I Innvendig løsner du skruen som tilhører spennen du vil fjerne;
L Fjern stiften og spennen.

BRUKSANVISNING FOR PÅFØRING PASIENTEN
1 Åpne alle borrelåsbåndene, fjern dem fra de tilhørende spennene og lukk dem midlertidig mot seg selv.
2 Sitt med kneet bøyd i omtrent 30°, legg stotten på lennene og flytt midten av leddet ca 1–2 cm over midten av kneskålen (fig. N).
3 Fest stroppen nr. 1 (fig. O).
4 Fest stroppen nr. 2 (fig. P).
5 Skyv leddene nedover ca. 1 cm (fig. Q). Obs: Leddene er plassert bak det bøyde kneet, ettersom hver stropp festes fremover til beskyttelsen er riktig plassert på benet.
6 Fest stroppen nr. 3 til og med nr. 5 i rekkefølge (fig. R).
7 Stå opp og fest stropp nr. 6 (fig. S).
8 Gå rundt og bøy kneet et par ganger.
9 Sørg for at kondylputene sidder tæt omkring leddet, og at de hårde lår- og benrammer er stram rundt musklene uten at forårsake for mye press.

- Beskrivelsene og billedene i dette dokument er kun for eksempel og kommercielle formål. Orthoservice forbeholder seg ret til at ændre dem efter dens behov.

LÆS VENLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

Funktionel knæortose

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producenter erklærer Orthoservice AG sit fulde ansvar for at dette produktet er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i tråd med ovennævnte forskrift. De er udarbejdet for at sikre tilstrækkelig og sikker brug af dette medicinske produkt.

VAREMÆRKE AF MATERIALER
Velcro® er et registreret varemærke for Velcro Industries B.V.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Vi anbefaler, at dette produkt, som produktet giver, ikke påføres på nogen kropsdel, som har sår, er havet eller har bylder. Det anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå at for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende nerver og/eller blodkar. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Læs materialesammensætningen på indersiden af produktets etikét nøje. Vi anbefaler ikke at anvende produktet i nærheden af åben ild eller stærke elektromagnetiske felter.

ADVARSLER
Det anbefales, at ortopædisk produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af en læge eller fysioterapeut og påføres af en ortopædtekniker, i tråd med brugerens behov. For at sikre effektivitet, tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du må ikke ændre de indstillinger, der er foretaget af en læge, fysioterapeut eller ortopædtekniker. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af forkert brug eller tilpasning. Ortosen skal kun benyttes af én bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmæssigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicinteknisk produkter. For personer med overfølsom hudkontakt kan produktet medføre rødme og irritation. Hvis der opstår smerte, hævelse, kviler eller anden reaktion, skal du kontakte lægen din umiddelbart. Ved specielt alvorlige problemer skal vi gøre opmærksom på at vores rapporteres til producenten samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af dette ortopædtekniske produktet er kun garanteret, når alle komponenter anvendes korrekt.

MÅLETABEL / STØRRELSE

Artikel	REF.9530 / REF.9540						
Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL	
Omkreds lår. Mål 15 cm over centrum af patella cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Længde cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Længde cm	40	40	40	40	40	40	

Farve: sort · Indtast højre eller venstre

VEDLIGEHOLDELSE
- Må ikke bleges
- Ingen kemisk rengøring
- Strygi ikke
- Ikke tørretrumles
- Vaskeanvisning:
  - Ramme: Rengør med en klud med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Tør af med en tør klud
  - Polstring: Fjern polstringen og rengør den i lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel. Lufttørring.
  - Kontroller regelmæssigt for sikker passform
  - Bortskaf ikke produktet eller nogen af dets komponenter i naturen
  - Kontakt en bandagist for at udskifte slidte dele

INDIKATIONER
- Instabilitet og ruptur på ACL, MCL, LCL, PCL eller kombineret instabilitet
- Alvorlig instabilitet i knæleddet, traumatisk eller degenerativt
- Pre- / postoperativ behandling, under rehabilitering eller konservativ behandling af de tidligere nævnte skader
- Beskyttelse af ledbånd under aktivitet

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kendte i øjeblikket

EGENSKABER OG MATERIALER
- Nyt anatomisk design for perfekt passform
- Innovativ ramme fremstillet af special aluminiumslegering, som er let, stabil og justerbar (letter modellering på knæ og lægg). Mat sort farve.
- Nye spænder (kan fjernes individuelt) fremstillet af specielt og fleksibelt skum med antirotationssystem for at lette påføringen;
- Nye, forstærkede velcro®-bånd, som er opdelt for bedre tilpasning
- MTP - puder fremstillet af blødt fløjl uden lim og semme
- Ny og ultra let profil til polycentriske, som er let at justere med hjælp af klar UDEN værktøjer:
  Ekstension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Fleksion: 45°, 60°, 75°, 90°; Blok: 0°, 10°, 20°, 30°
- Præmonteret, anatomisk medial kondylpolster for god stabilitet
- To sæt kondylpuder med forskellige tykkelser indgår
- Indvendig rammeforing (aftagelig ved rengøring) med et klikssystem med lav profil for at sikre en sikker positionering.
- Hypoallergen, anti-mugskum og mulleng-materiale

INSTRUKTIONER TIL LÆGEN / ORTOPÆDISK INGENIØR
1 Åbn alle Velcro®-bånd, fjern dem fra de tilsvarende spænder og luk dem midlertidigt mod sig selv.
2 Sæt patienten med knæet bøjet i omtrent 30°, lægg stotten på benet og placér midten af leddet cirka 1-2 cm over midten af kneskallen (fig. N).
3 Stram bånd 1 (fig. B og C).
4 Stram bånd 2 (fig. D).
5 Skub leddene ca. 1 cm nedad (fig. E). Bemærk: Leddene er placeret bag det bøjede knæ, eftersom hver stropp fastnes fremad, indtil stotten er placeret korrekt på benet.
6 Stram bånd 3 til og med 5 i rækkefølge (fig. F).
7 Lad patienten rejse sig, og stram bånd 6 (fig. G).
8 Bed patienten om at gå og bøje knæet.
9 Sørg for, at kondylputerne sidder tæt omkring leddet.
10 Kontroller at de hårde skinner omkring lår og ben sidder tæt omkring musklerne uden at forårsage for stort et tryk.
11 Justér om nødvendigt beskyttelsen efter patientens ben:
- Ændr strukturen, så den passer til patientens anatomi for det berørte led (fig. L - M) (med bøjevinkler).
- Det er også muligt at tilføje mellemlæg i overensstemmelse med kondylerne for at tilpasse ortosen til det enkelte knæ.
  - En anatomisk formet kondylpude er forhåndsmonteret på stangen medialt (på indersiden af kneet) og en tynn pute sidevægts (på ydersiden af kneet)
  - To tykke og en tynd kondylpude indgår i pakken, så de præmonterede kan udskiftes ved behov

JUSTERING AF FLEXION-UDVIKLING
A Fjern skruerne, der holder ekstensions-/fleksionsklaffene på plads (fig. H).
B Fjern eventuelle forudindsmatte kiler.
C Indsæt kilerne med den ønskede grad af ekstension/fleksion (fig. I), så rillerne på kilerne sammenfalder med rillerne på stotten.
D Sæt skruerne i igen og sørg for, at de sidder ordentlig i rillerne. Spænd dem godt (fig. H).
E Sørg for, at ekstensions-/fleksionskilerne er indstillet i samme grad på begge led.

VED JUSTERING AF STOPP 0°/10°/20°/30°
F Indsæt først ekstensionsleddene (den med et enkelt hak), derefter fleksionsleddene (den med to hakke).
G Hvis du har svært ved at indsætte den anden kile, kan du skrabe eventuel farve af i hulrummet eller fil kilerillerne.

FJERNELSE AF SPÆNDER (VALGFRIT)
H Fjern puden fra rammen;
I Fra inderseden kan du løsne skruen, der hører til det spænde, du vil fjerne;
L Fjern nitten og spændet.

PÅSÆT ORTOSEN PÅ PATIENTEN
1 Åbn alle velcro®-bånd, fjern dem fra de tilsvarende spænder og luk dem midlertidigt mod sig selv.
2 Sæt med knæet bøjet i cirka 30°, placér stotten på benet og flyt midten af leddet cirka 1-2 cm hen over midten af kneskallen (fig. N).
3 Stram bånd 1 (fig. O).
4 Stram bånd 2 (fig. P).
5 Skub leddene ca. 1 cm nedad (fig. Q). OBS: Leddene er placeret bag det bøjede knæ, da hvert bånd strammes fremad, indtil stotten er placeret korrekt på benet.
6 Stram bånd 3 til og med 5 i rækkefølge (fig. R).
7 Rejs dig op og stram bånd 6 (fig. S).
8 Gå rundt og bøj knæet nogle gange.
9 Sørg for, at kondylpuderne sidder tæt omkring leddet, og at de hårde lår- og benrammer sidder tæt omkring musklerne uden at forårsage for stort et tryk.

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun for eksempel og kommercielle formål. Orthoservice forbeholder sig ret til at ændre dem efter dens behov.

PROSIMO DA, NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA TER JIH HRANITE ZA BODOČO UPORABO

Stiri točkovna kolenska

BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Funktionale Orthese für das Kniegelenk

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses medizinische Produkt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN
Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG
Es wird empfohlen, dass der verwendete Druck ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers wirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenblatt mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starken Wärmequellen aufzubewahren. Nicht dem Sonnenlicht aussetzen und mit offenen Händen anfassen.

ANWENDUNGSHINWEISE
Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Stabilität und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei übereinpflichten Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Tumeszenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Verwendung des Produkts einstellen und der zuständige Behörde in eigenem Land melden. Die Orthese ist für die Wiederverwendung durch denselben Patienten bestimmt, solange sie keine Komponenten verschleißen.

AUSWAHL/GRÖSSEN

Code	REF.9530 / REF.9540						
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	
Umf. Oberschenkel 15 cm mittig über Patella in cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Länge cm		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Länge cm	40	40	40	40	40	40	

Farbe: schwarz • rechts oder links angeben

PFLEGE
Nicht bleichen — Keine chemische Reinigung
Nicht bügeln — Do not tumble dry
Waschanweisung:
Rahmen: Mit einem Schwamm in handwarmen Wasser mit Neutralseife reinigen. Mit einem Tuch trocken reiben
Polsterung: Die Polsterung abnehmen und handwarmen Wasser mit Neutralseife reinigen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen trocknen.
In regelmäßigen Abständen müssen die Schrauben auf ihren festen Halt hin überprüft werden
Das Produkt und seine Bestandteile dürfen nicht gewaschen oder gebleicht entsprechend
Wenden Sie sich für den Austausch verschlissener Komponenten an einen Orthopädietechniker.

ZWECK/ZIELSETZUNG
Die Pluspoint 3 Kniorthese ist ausschließlich für die orthetische Versorgung des Kniegelenks einzusetzen
Einsatzbereich ist das Kniegelenk

INDIKATIONEN
Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL oder kombinierte Bandinstabilitäten
Komplexe Kniestabilitäten, wenn eine Operation nicht angezeigt ist
Prä/Postoperative Behandlung, rehabilitativ oder Konservativ, der genannten Verletzungen

KONTRAINDIKATIONEN
Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN
Neues anatomisches Design, passt sich optimal dem Kniegelenk an
Innovative Hülsen aus Aluminium, langlebig, leicht und stabil, einfach verformbar durch den Techniker
verformbar (für eine erleichterte Modellierung an Oberschenkel und Wade), mattschwarz hartlackiert
Neue Gurtführungen aus spezialisiertem, biegbarem Polymer mit Anti-Rotationssystem erleichtern das Anlegen und passen sich dem Bein an, einzeln anbehmbar
Neue zweigeteilte Verschlussbänder mit Klettband für einfaches und optimales Anlegen. Bei Bedarf einzeln entfernbar
Polsterung der Gurte aus MITTELSCHAUMSTOFF, für optimalen Komfort, atmungsaktiv, nahtlos und ohne Kabelstellen für angenehmes Tragen direkt auf der Haut
Sehr flaches polycentrisches Gelenk, das genau dem Kniegelenk anatomisch folgt
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°; Ruhigstellung: 0°, 10°, 20°, 30°
Ein mediales, anterior-posteriores Gelenkspiel kann vormontiert, für höchsten Tragekomfort sowie optimale Fixierung
Zwei unterschiedlich starke und leicht austauschbare Kondylenpolster-Sets zur einfachen Anpassung (z. B. nach Rückgang der Schwellung im Kniegelenk)
Innenpolster fixiert mit Kletten, verschließbaren Druckknöpfen für sichere Positionierung. Abnehmbar, z. B. für die Reinigung. Rutschhemmender Hautfaustkleber Multi-Grip (Klettzug)

ANPASSEN / ANLEGEN
BESTIMMUNG ANLEGEN DURCH DEN ARZT/ORTHOPÄDIETECHNIKER
1 Alle Klettriemen öffnen, sie aus den jeweiligen Schnallen ziehen und sie provisorisch wieder um sich selbst verschließen.
2 Das Knie des sitzenden Patienten um etwa 30° beugen. Die Orthese am Bein anbringen und die Mitte des Gelenks etwa 1–2 cm über der Patellamitte (Abb. A) ansetzen.
3 Riemen Nr. 1 schließen (Abb. B und C)
4 Riemen Nr. 2 schließen (Abb. C)
5 Die Gelenke um ca. 1 cm nach unten drücken (Abb. E). Anm.: Die Gelenke werden hinter dem gebeugten Knie angebracht, da sich diese mit dem Verschluss jedes Riemens nach vorne verschieben, bis die Orthese in der richtigen Position am Bein angebracht ist.
6 Die Riemen Nr. 3 bis Nr. 5 in der Reihenfolge der Nummern schließen (Abb. F).
7 Den Patienten aufstehen lassen und Riemen Nr. 6 (Abb. G) schließen.
8 Den Patienten aufforderm bei ausgestrecktem Bein das Knie einige Male zu beugen.
9 Überprüfen, dass die Kondylenstützen gut am Gelenk anliegen.
10 Überprüfen, dass die steifen Oberschenkel- und Beinbinden gut am Muskel anliegen, ohne jedoch einen übermäßigen Druck auszuüben.
11 Falls nötig, die Kniorthese an das Bein des Patienten anpassen:
- Die Strukturen prüfen, dass sie keinen Druck auf die Nerven oder die betroffenen Beins ausgerichtet ist (Abb. L - M), (unter Benutzung von Schrinkreisen).
- Es können auch in den Kondylen Zusatzpolster angebracht werden, um die Orthese an das individuelle Knie anzupassen:
  - An der Orthese sind medial (an der Knieinnenseite) ein anatomisch geformtes Kondylenpolster, lateral (an der Kniegelenkaußenseite) ein dünnes Kondylenpolster vormontiert
  - In der Packung befinden sich 2 dicke Kondylenpolster, sowie ein dünnes Kondylenpolster, die bei Bedarf vormontierten Polster ersetzen können.

EINSTELLUNG DER FLEXION-EXTENSION
A Die Schrauben, die die Flexions-/Streckanschläge im Sitz blockieren, aufschrauben (Abb. H)
B Die eventuell bereits eingeführten Keile herausnehmen.
C Die Keile mit der gewünschten Flexion/Extension (Abb. I) einführen, so dass die in den Keilen vorliegenden Kerben mit den in der Kniegelenkachse übereinstimmen.
D Die Schrauben einführen und drücken, bis sie in den Sitz eintreten. Fest anziehen (Abb. H).
E Überprüfen, dass die Kniegelenkachse und die Kerben der Extensionskeile bei leichter Streckstellung übereinstimmen.

IM FALLE DER EINSTELLUNG – 9°/10°/20°/30°
F Erst den Extensionskeil mit einer Kerbe und dann den Flexionskeil (denjenigen mit zwei Kerben) einführen.
G Falls beim Einführen des zweiten Keils Probleme auftreten, eventuell den störenden Lack an der Flexionskante abtragen oder die Kerben des Keils feilen.

ENTFERNEN DER GURTFÜHRUNGEN (BEI BEDARF)
H Die Polsterung mit Klettband entfernen.
I Von innen die Dir zu entfernenden Schnalle zugehörige Schraube lösen;
J Die Niete und die Schnalle herausziehen.

ANLEGE FÜR DEN PATIENTEN
1 Alle Klettriemen öffnen, sie aus den jeweiligen Schnallen ziehen und sie provisorisch wieder um sich selbst verschließen.
2 Das Knie des sitzenden Position um etwa 30° beugen. Die Kniorthese am Bein anbringen und die Mitte des Gelenks etwa 1–2 cm über der Mitte der Patella (Abb. N) ansetzen.
3 Riemen Nr. 1 schließen (Abb. O)
4 Riemen Nr. 2 schließen (Abb. P)
5 Die Gelenke um ca. 1 cm nach unten drücken (Abb. Q). Anm.: Die Gelenke werden hinter dem gebeugten Knie angebracht, da sich diese mit dem Verschluss jedes Riemens nach vorne verschieben, bis die Orthese in der richtigen Position am Bein angebracht ist.
6 Die Riemen Nr. 3 bis Nr. 5 in der Reihenfolge der Nummern schließen (Abb. R)
7 Aufstehen und Riemen Nr. 6 (Abb. S) schließen.
8 Hin und her gehen und die Knie einige Male beugen.
9 Überprüfen, dass die Kondylenstützen gut am Gelenk anliegen und dass die steifen Oberschenkel- und Beinbinden gut am Muskel anliegen, ohne jedoch einen übermäßigen Druck auszuüben.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Functional Knee orthosis

DECLARATION OF CONFORMITY
As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS
We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels.
If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong heat sources. Keep away from direct sunlight and handle with clean hands.

WARNINGS
It is advisable that the device, designated for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure correct functionality, tolerability and general functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall cease in case of improper or inappropriate use or adaptation.
The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices.In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation.
In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country.
The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Code	REF.9530 / REF.9540						
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
Thigh circumf. taken 15 cm above mid-patella	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Length cm		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Length cm	40	40	40	40	40	40	

Colour: black • specify right or left

MAINTENANCE
Do not bleach — No chemical cleaning
Do not iron — Do not tumble-dry
Washing instructions:
Frame: Clean using a sponge with lukewarm water and a neutral soap. Then dry with a cloth
Padding: Remove the padding and clean in lukewarm water with a neutral soap. Dry away from heat sources.
Check screws for tight fit regularly
Do not dispose of the product or any of its components into the environment.
Contact an orthopaedic technician for the replacement of used parts

INDICATIONS
ACL, MCL, LCL, PCL instability and ruptures, combined instability
Complex instabilities of the knee, traumatic or degenerative
Pre/Post-surgery both rehabilitative or conservative
Hyperextension genu recurvatum

CONTRAINDICATIONS
Currently no known

FEATURES AND MATERIALS
New anatomical design for a perfect adherence
Innovative frame made of a special aluminum alloy, light and stable, adjustable (facilitating modeling on tight and calf). Matt black painted.
New buckling system made of special and flexible foam with anti-rotation system to apply the brace with ease;
New reinforced Velcro® straps and divided for better adaptation
MTP pads made of soft reticulated foam, to be worn on the skin
New two-piece closure straps, individually easy to be adjusted using wedges WITHOUT any tool:
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°; Block: 0°, 10°, 20°, 30°
Pre-installed anatomic medial condyle pad to provide excellent stability
Two sets of condyle pads of different thickness are included
Internal frame pad (removable for cleaning) with low profile clicklock to ensure safe positioning.
Hypoallergenic, anti-migration Multi-Grip material

PUTTING ON THE APPLIANCE
ADAPTING FOR THE DOCTOR/TECHNICIAN
1 Open all Velcro® straps, remove them from the corresponding buckles and close them temporarily on themselves.
2 Sit the patient with the knee flexed at about 30°, put the brace on the limb and move the center of the joint about 1–2 cm above the center of the patella (fig. A).
3 Fasten strap 1 (fig. B and C)
4 Fasten strap 2 (fig. C)
5 Push the joints downwards by about 1 cm (fig. E). Note: The joints are positioned behind the bent knee because, when each strap is fastened, they move forward, until the brace is correctly positioned on the leg.
6 Fasten straps 3 through 5, in order (fig. F)
7 Have the patient stand and fasten strap 6 (fig. G).
8 Ask the patient to flex the knee a few times.
9 Make sure the condyle supports fit tightly around the joint.
10 Check that the hard thigh- and leg-wraps fit tightly around the muscles without causing excessive pressure.
11 If necessary, adjust the brace to the patient's limb:
- Modify the structure so as to perfectly suit the anatomy of the affected limb (fig. L - M), (using bending irons).
- It is also possible to add additional compressions with the condyles in order to adapt the orthosis to the individual knee.
  - One anatomically shaped condylar pad is premounted on the brace medially (at the inner side of the Knee) and one thin pad laterally (on the outer side of the knee)
  - Two thick condylar pads and one thin condylar pad are included in the package, to substitute the pre-mounted ones if necessary.

FLEXION-EXTENSION ADJUSTMENT
A Remove the screws that hold the flexion/extension wedges in place (fig. H).
B Remove any pre-inserted wedges.
C Insert the wedges with the desired degrees of flexion/extension (fig. I) such that the notches on the wedges coincide with the stem on the knee axis.
D Reinsert the screws, making sure they properly fit into the slots. Securely tighten (fig. H).
E Make sure that the knee axis and the extension wedges are next to the same degrees on both joints.

IN CASE OF ADJUSTMENT OF THE STOP 9°/10°/20°/30°
F First insert the extension wedge (the one with only one notch), then the flexion wedge (the one with two notches).
G If there are any difficulties inserting the second wedge, scrape off any paint present in the brace slot or file the wedge notches.

REMOVING THE BUCKLES (OPTIONAL)
H Remove the pad from the front.
I Remove any screws belonging to the buckle you wish to remove;
J Remove the rivet and the buckle.

PUTTING ON THE APPLIANCE FOR THE PATIENT
1 Open all Velcro® straps, remove them from the corresponding buckles and close them temporarily on themselves.
2 Sit with the knee flexed at about 30°, put the brace on the limb and move the center of the joint about 1–2 cm above the center of the patella (fig. N).
3 Fasten strap 1 (fig. O).
4 Fasten strap 2 (fig. P).
5 Push the joints downwards by about 1 cm (fig. Q). Note: The joints are positioned behind the bent knee because, when each strap is fastened, they move forward, until the brace is correctly positioned on the leg.
6 Fasten straps 3 through 5, in order (fig. R).
7 Stand up and fasten strap 6 (fig. S).
8 Walk around bending the knee a few times.
9 Make sure the condylar pads fit tightly around the joint, and that the hard thigh- and leg-grips fit tightly around the muscles without causing excessive pressure.

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Orthèse fonctionnelle du genou

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX
Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Veillez à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures ou tuméfactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter ainsi la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. En cas de doute sur les modes d'application, contactez un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette située à l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues ou de chaque source de chaleur importante. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et manipuler à mains propres.

AVERTISSEMENTS
Il est préférable que l'orthèse, conçue pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. Le fabricant ne saurait être tenu responsable. L'utilisation de l'orthèse est prévue pour un seul patient à la fois ; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tuméfactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement à son médecin et, en particulier pour les événements graves, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. L'efficacia ortopedico del prodotto è garantito solo se l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF.9530 / REF.9540						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Lunghezza cm		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Lunghezza cm	40	40	40	40	40	40	

Colore: nero • indicare destro o sinistro

MANUTENZIONE
Non candeggiare — Pulizia chimica non consentita
Non stirare — Non asciugare in asciugatrice
Istruzioni per il lavaggio:
Telaio: Lavare con una spugna imbevuta in acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare con un panno
Imbottiture: Staccare le imbottiture e lavarle in acqua tiepida con sapone neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore
Controllare periodicamente lo stato di serraggio delle viti
Non smaltire il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente o nella sua componente
Rivolgersi ad un tecnico ortopedico per la sostituzione delle componenti usurati

INDICAZIONI
Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate
Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
Protezione dei legamenti durante attività sportive

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue à ce jour

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX
Nouveau design anatomique s'adaptant de manière optimale à l'articulation du genou
Cadre novateur en alliage aluminium spécial, léger et stable, malléable (pour faciliter le modelage sur presse au niveau de la cuisse et de la jambe), vernis-laque dur noir mat
Nouveau guidage de sangle en polymère spécial flexible à système de rotation facilitant la pose et épousant la forme de la jambe, pour une meilleure adaptation
Nouvelles bandes Velcro® doubles permettant une pose facile et optimale. Amovible séparément le cas échéant.
Rembourrages en MOUSSE PLUS (moulopore) à structure alvéolaire permettant velours sans contraintes ni sutures, port agréable directement sur la peau
Articulations très plate, polycentrique, ajustage variable au moyen de taquets.
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°; Repos: 0°, 10°, 20°, 30°
Rembourrage condyle médial pré-monté de forme anatomique, assurant un grand confort de port et une fixation optimale
Deux kits différents de rembourrages condyliens, solides et faciles à échanger permettant un ajustage facile (p. ex. une fois l'articulation du genou désenflé)
Rembourrage intérieur du cadre fixé par boutons pressions soudés plats, assurant un positionnement sûr. Amovible, p. ex. pour le nettoyage. Textile Multigrip antidérapant et bien toléré par la peau

INSTALLATION
ADAPTATION POUR LE MÉDECIN / L'ORTHOPÉDISTE - ORTHÈSISTE
1 Ouvrir tous les straps, les enlevés du scratch correspondant et les attachés temporairement.
2 Positionner le patient avec la jambe fléchie à 30 degrés, mettre l'attelle sur le membre et positionner le centre du joint 1~2 cm au dessus du centre du genou. (fig. A).
3 Fermer le strap 1 (fig. B et C)
4 Fermer le strap 2 (fig. C)
5 Pousser les joints de centimètre vers le bas (fig. E). Note : les joints sont positionner derrière la courbe du genou car lorsque chaque strap est fermé, ils bougent vers l'avant, jusqu'a ce que l'attelle soit correctement positionner sur la jambe
6 Fermer le strap 3 à travers le strap 5 (fig. F).
7 Mettre le patient debout et fermer le strap 6 (fig. G).
8 Demander au patient de marcher et de plier le genou quelques fois.
9 S'assurer que le support condylien soit correctement ajusté autour du joint.
10 Vérifier que les straps de cuisse et de jambe ne soient pas trop serrés.
11 Si nécessaire, ajuster l'attelle au membre du patient :
- Modifier la structure pour l'ajuster parfaitement à l'anatomie du membre touché (fig. L - M), (avec un instrument d'ajustement).
- Selon le type de condyle il est possible de modifier les rembourrages afin d'ajuster l'orthèse au genou de chaque patient.
  - Au milieu de l'orthèse (dans la partie interne) se trouve un rembourrage anatomique; de côté (sur la partie latérale) un rembourrage condylien pré monté.
  - Un autre comprend 2 rembourrages condyliens épais et un rembourrage condylien fin qui, si nécessaire, peuvent remplacer les rembourrages pré montés.

AJUSTEMENT DES FLEXIONS ET EXTENSIONS
A Retirer les vis bloquant les cales de flexion/ extension (fig. H).
B Retirer toutes les cales pré-insérée.
C Insérer les cales de flexion/extension (fig. I) de manière à ce que l'encoche de la cale coïncide avec la tenue de l'attelle.
D Réinsérer les vis, s'assurer qu'elles entrent correctement dans les fentes. Serrer les vis (fig. H)
E E. S'assurer que les cales de flexions ou d'extensions sont tous réglées au même degrés sur les 2 joints.

EN CAS D'AJUSTEMENT DE STOP 0°/10°/20°/30°
F D'abord insérer la cale d'extension (celle avec une seule encoche), puis la cale de flexion (celle avec deux encoches).
G Si il y a des difficultés à insérer la seconde cale , racler toutes les présences de peintures dans les fentes ou limer les cales.

COMMENT ENLEVER LES BOUCLES (OPTIONNEL)
H Enlever le coussinet de l'armature;
I Desserrer de l'intérieur les vis appartenant à la boucle destinée à être enlevée;
J Retirer le rivet et la boucle.

ENFILAGE POUR LE PATIENT
1 Ouvrir tous les straps, les enlevés du scratch correspondant et les attachés temporairement.
2 Se positionner avec la jambe fléchis à 30 degrés, mettre l'attelle sur le membre et positionner le centre du joint 1~2 cm au dessus du centre du genou (fig. N).
3 Fermer le strap 1 (fig. O).
4 Fermer le strap 2 (fig. P).
5 Pousser les joints de centimètre vers le bas (fig. Q). Note : les joints sont positionner derrière la courbe du genou car lorsque chaque strap est fermé, ils bougent vers l'avant, jusqu'a ce que l'attelle soit correctement positionner sur la jambe
6 Fermer le strap 3 à travers le strap 5 (fig. R).
7 Se mettre debout et fermer le strap 6 (fig. S).
8 Marcher et courber la jambe.
9 S'assurer que le support condylien soit correctement ajusté autour du joint et vérifier que les grips de la cuisse et de la jambe enroulent bien les muscles sont pressions excessives.

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Ortesi funzionale per ginocchio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO
Si raccomanda che la pressione esercitata dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbi sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

AVVERTENZE
Si consiglia che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la sua corretta tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.
La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici.
Per soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolari gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantito solo se l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF.9530 / REF.9540						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	
Circonf. coscia presa a 15 cm sopra centro rotula	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Lunghezza cm		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Lunghezza cm	40	40	40	40	40	40	

Colore: nero • indicare destro o sinistro

MANUTENZIONE
Non candeggiare — Pulizia chimica non consentita
Non stirare — Non asciugare in asciugatrice
Istruzioni per il lavaggio:
Telaio: Lavare con una spugna imbevuta in acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare con un panno
Imbottiture: Staccare le imbottiture e lavarle in acqua tiepida con sapone neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore
Controllare periodicamente lo stato di serraggio delle viti
Non smaltire il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente o nella sua componente
Rivolgersi ad un tecnico ortopedico per la sostituzione delle componenti usurati

INDICAZIONI
Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate
Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
Protezione dei legamenti durante attività sportive

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI
Innovativo design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e polpaccio), verniciato nero opaco
Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione; agevolano l'applicazione e si adattano alla gamba
Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un migliar adattamento, rimovibili anche singolarmente
Imbottiture dry control in MOUSSE PLUS (moulopore) a struttura alveolare, prive di cuciture e increspature per una comoda vestibilità a diretto contatto con la pelle
Snodo policentrico a profilo piatissimo profilo, regolabile facilmente tramite comode estensioni: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
Cuscinetto condilodo mediale anatomico premontato per il massimo comfort e un'ottimale stabilità
Due set di cuscinetti condilodi di spessore diverso, facilmente sostituibili, per un agevole adattamento al ginocchio (ad esempio dopo la regressione del gonfiore a carico dell'articolazione)
Imbottitura interna telaio (asportabile per lavaggio) fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro. Rivestimento in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip

APPLICAZIONE
PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO
1 Aprire tutti i cinturini a Velcro®, sfilarli dalle fibbie corrispondenti e richiuderli provvisoriamente su loro stessi.
2 Far sedere il paziente con la gamba flessa a circa 30°, infilare la gambiera sull'arto e portare il centro dell'articolazione circa 1~2 cm sopra il centro della rotula (fig. A).
3 Chiudere il cinturino n.1 (fig. B e C)
4 Chiudere il cinturino n.2 (fig. C)
5 Spingere le articolazioni in basso di circa 1 cm (fig. E). Nota: le articolazioni vengono posizionate dietro il ginocchio piegato perché, con la chiusura di ogni cinturino, queste si spostano in avanti, fino al corretto posizionamento del tutore sulla gamba.
6 Chiudere i cinturini da 3 a 5, seguendo la numerazione (fig. F).
7 Alzare il paziente e chiudere il cinturino n.6 (fig. G).
8 Camminare e fare qualche piegamento sulle ginocchia.
9 Assicurarsi che i cuscinetti condilari siano ben aderenti all'articolazione e che la presa rigida di coscia e di gamba siano ben aderenti alla muscolatura senza però creare pressioni eccessive.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ

Ортез на коленный сустав (полужесткий)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше. Они предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ
Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Рекомендуется, чтобы применяемое давление не должно оказывать повреждение участки кожи или опухоли. Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные окончания и/или кровеносные сосуды. Если возникли сомнения в применении изделия, обратитесь к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду. Осуществлять внимательность с составом изделия, который указан на внутренней этикетке. Не рекомендуется одевать изделие вблизи открытого огня или сильных электромагнитных источников. Беречь от прямых лучей солнца и работать с чистыми руками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Для медицинских приспособлений должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть указаны врачом/физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего использования/применения. Ортез предназначен только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность основываясь на требованиях к медицинским изделиям. У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение и раздражение кожи. В случае возникновения болей, припухлостей, появления волдырей, отека, чрезмерной реакции обратитесь к своему лечащему врачу, и при наличии серьезных последствий проинформировать производителя и компетентные органы своей страны. Эффективность ортопедического изделия гарантирована только в случае использования всех его компонентов.

ВЫБОР / РАЗМЕРЫ

Арт	REF.9530 / REF.9540						
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	
Обхват бедра в 15 см от центра коленной чаш	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75	
REF.9530 Длина см		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	
REF.9540 Длина см	40	40	40	40	40	40	

Цвет: чёрный • Левый/правый

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Не отбеливать — не подвергать химической чистке
Не гладить — Не сушить в сушилке
Инструкция по мойке:
Каркас: Протирать губкой, смоченной в тё